

EX-2025-001499696- -NEU-DESP#MS**LICITACIÓN PÚBLICA N° 550
APERTURA: 08/08/2025****SEÑOR PROVEEDOR
PRESENTE**

Me dirijo a Ud., a efectos de invitarlos a participar de la Licitación Pública solicitando preferente atención a lo siguiente:

La cotización del presente llamado será a través de la plataforma CO.DI.NEU mediante el enlace: <https://www.contadurianeuguayen.gob.ar/>

Para ello, el proveedor interesado deberá obtener un usuario y contraseña para su acceso y uso.

Por consultas respecto a la plataforma, podrá comunicarse con el servicio a proveedores de la Contaduría General de la Provincia a través de la página web www.contadurianeuguayen.gob.ar y los medios allí indicados.

La modalidad de la presente es Sobre Único, 3 archivos, uno para el pliego, otro para los datos del proveedor y otro para la oferta económica:

a) Pliego, Clausulas Generales y Condiciones Particulares.**b) -Certificado de Proveedor**

- Sellado de Ley (\$100,00 por foja) Inciso 5º) C.C.P.
- Documento de Garantía (por el 10% del total de la oferta).
- Contrato Social
- Poder del Firmante.

c) Oferta económica.

“Toda la documentación deberá subirse debidamente firmadas y aclaradas en todas sus hojas”.

A espera de contar con v/participación, saludo atentamente.

EX-2025-001499696- -NEU-DESP#MS**LICITACIÓN PÚBLICA N° 550
APERTURA: 08/08/2025****CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES**

1º) El presente llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA**, tiene por objeto la adquisición de **EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO y MOBILIARIO GENERAL - ETAPA I - DESTINADOS A LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE RINCÓN DE LOS SAUCES – REGIÓN SANITARIA VACA MUERTA**, dependiente del Ministerio de Salud. -

2º) Las propuestas serán presentadas hasta el **día 08 de agosto a las 11:00. horas**, mediante la Plataforma de Compras Digitales de Neuquén - Co.Di.NEU.

El nombre del archivo en que se sube la oferta, Pliego General de Cláusulas y Condiciones Particulares y documentación deberá consignar:

- a. Número de expediente y número de licitación o concurso.
- b. Nombre del/la oferente.

El nombre del archivo, en ningún caso, podrá hacer referencia al precio o renglones cotizados bajo pena de nulidad de la presentación.

La oferta y documentación deberá, a los efectos de su admisibilidad, ser presentada a la **Plataforma Co.Di.NEU únicamente por el/la oferente con su usuario o quien acredite debidamente tener representación legal sobre éste/a**.

Las propuestas serán confeccionadas de forma que se identifique claramente el bien o servicio ofertado y sus precios, y cada hoja/página que contenga documentación o parte de esta será firmada por el/la oferente, pudiendo ser presentada hasta el día y hora fijados para la apertura del acto.

Las ofertas que se presenten serán consideradas debidamente firmadas a los efectos del artículo 38º del Anexo II del Decreto N° 2758/95 del Reglamento de Contrataciones, de las siguientes maneras:

- a. Digitalmente firmadas, conforme lo normado por Ley 25.506 artículo 2º o la que en el futuro la reemplace.

b. Firmadas en forma hológrafa su original, presentando en la plataforma el escaneo de la documentación así firmada, lo cual le otorgará una certificación criptográfica, que garantiza que no pueda ser borrado o alterado sin modificación de la certificación inicial; en cuyo caso el original de la oferta y documentación deberán quedar en resguardo del/la oferente, pudiendo ser solicitado por el organismo contratante en cualquier momento, debiendo el/la oferente que resulte preadjudicado/a presentarlo dentro de las 48 hs. de notificada la misma, siendo su falta de presentación, así como cualquier discrepancia detectada, causal de desistimiento en los términos del artículo 71º inciso 1); independientemente de lo establecido en el artículo 89º del Anexo II del Decreto N° 2758/95 del Reglamento de Contrataciones.

La garantía será indefectiblemente presentada en los términos del artículo 23º del Anexo II del Decreto N° 2758/95 del Reglamento de Contrataciones; la presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones y el sometimiento a todas sus disposiciones y las de este Reglamento, debiendo hacerse constar expresamente esta circunstancia en el Pliego de Bases y Condiciones.”

PLIEG-2025-02103171-NEU-ADM#MS

EX-2025-001499696- -NEU-DESP#MS**LICITACIÓN PÚBLICA N° 550
APERTURA: 08/08/2025****CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES**

3º) Las ofertas serán en moneda corriente de circulación Nacional (Pesos) CON IVA INCLUIDO, debiendo ser escritas en forma clara y legible que permita su interpretación. La totalidad de la documentación que integra la oferta deberá estar sellada y firmada en todas sus fojas y el reverso en caso de tener documentación, por el oferente o quienes tengan uso legal de la firma. Para ello deberá agregar el poder correspondiente que así lo acredite. La falta de firma será causal de rechazo de la propuesta.

4º) De corresponder con la oferta deberá presentar las constancias de constitución del **contrato social** a los efectos de constatar la inclusión de la actividad por la que se cotiza se encuentre comprendida y el último acta asamblearia de designación de autoridades.-

5º) Las ofertas deberán ser cargadas sin raspaduras ni enmiendas, cualquiera que se produzca será salvada con la firma y sello del proponente. Además deberá ser sellada con el estampillado que determina el Código Fiscal y la Ley Impositiva de la Provincia vigente al momento de la Apertura para ello se podrá ingresar al link: <https://rentasneuquenweb.gob.ar/nqn/SCF/tasas.php> seleccionar "tasa general de actuación".

El incumplimiento de las obligaciones contraídas será causal de desistimiento, aplicándose las sanciones establecidas en los artículos 71º) y 89º) del Anexo II del Decreto N° 2758/95 del Reglamento de Contrataciones.

6º) Las ofertas que excedan la suma indicada en el inciso c) del artículo 1º de éste Reglamento serán afianzadas por el/la oferente con un importe igual al DIEZ PORCIENTO (10%) de la misma. La garantía podrá ser extendida de la siguiente forma:

a. **PAGARÉ A LA VISTA**, suscripto por quien tenga el uso de la firma social ó poder suficiente en su caso; presentando en original en sobre cerrado en el organismo correspondiente el día y hora consignados para la apertura de ofertas.

b. **PÓLIZA DE SEGURO**, con vigencia hasta el vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, debiendo ser extendido en caso de que dicho plazo también se extienda en los términos del artículo 52º del Reglamento de Contrataciones.

La falta de presentación en dichos términos implicará la aplicación de lo normado en el artículo 38º inciso a) de este reglamento (Artículo 23º RC – DECTO-2022-2237-E-NEU-GPN).

7º) Inscripción en el Padrón de Proveedores de la Provincia del Neuquén, será obligatoriedad de los proveedores presentar el Certificado que acredite su inclusión conteniendo la siguiente leyenda "Otorgado y actualizado de acuerdo a la Disposición N° 073/2004" bajo pena de tenerlo por DESISTIDO en caso de no regularizar dicha situación antes de la pre adjudicación. Aquellos oferentes que den cumplimiento al Decreto N° 2178 de fecha 12 de Noviembre del 2010, deberán adjuntar la respectiva acreditación "Régimen de Promoción de las Actividades Económicas para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en la Provincia del Neuquén a los efectos de la aplicación de los beneficios establecidos por el Régimen de Promoción de las actividades para la adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en la Provincia del Neuquén Ley 2683, los oferentes deberán acompañar al momento de la apertura de propuestas, copia de los Certificados de "productos neuquino" y de "calidad" (de corresponder), emitidos por el Centro PyME y los organismos certificantes respectivamente. El incumplimiento de la obligación que impone la presente cláusula implica la pérdida del beneficio que correspondiere".

PLIEG-2025-02103171-NEU-ADM#MS

EX-2025-001499696- -NEU-DESP#MS**LICITACIÓN PÚBLICA N° 550
APERTURA: 08/08/2025****CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES**

8º) A fin de verificar el Certificado de Cumplimiento Fiscal para contratar con el Estado Provincial, de acuerdo a la Resolución N° 035/14 D.P.R. Art. 3° "Los Organismos correspondientes al Estado Provincial...podrán consultar, emitir y validar a través del Sistema de Integrabilidad el Certificado correspondiente, el cual tendrá la misma validez que el otorgado por la DPR" y de acuerdo al Decreto N°1394/2014 Artículo 2° "...el requisito obligatorio de los oferentes de no poseer obligaciones fiscales e impositivas en mora con el Fisco Provincial, de acuerdo a lo normado por el Decreto 1394/14 y la Resolución 35/14 DPR, será verificado por el Servicio Administrativo Financiero o sector encargado de las contrataciones dentro de los 2 días hábiles de celebrado el acto de apertura, mediante el sistema de integrabilidad correspondiente, el cual tendrá la misma validez que el otorgado por la DPR en marco de la Resolución 572/00, que podrá ser presentado (vigente) por el oferente a modo de dar por verificada su situación impositiva.

La falta de regularización de las inconsistencias que se detectasen en dicha verificación en el plazo otorgado dará lugar a tenerlo por desistido y le serán de aplicación las penalidades estipuladas en el artículo 71º inciso 1) del Anexo II del Decreto N° 2758/95 Reglamento de Contrataciones (ejecución del documento de garantía), lo cual no obsta la aplicación de las sanciones establecidas en el Artículo 89º del mismo plexo legal.

En caso de que la situación impositiva sea verificada por el sistema SAFIPRO al momento del acta de apertura, en caso de detectarse inconsistencias y la notificación del emplazamiento para su regularización se curse en el mismo acto, el plazo otorgado computara a partir del día hábil siguiente a la misma.

9º) – Oferentes Excluidos: No podrán ser aceptados como oferentes quienes, individualmente o en conjunto, no reúnan las condiciones solicitadas en este pliego o se encuentren comprendidos en algunos de los siguientes casos:

- a) Los que no tengan capacidad para obligarse.
- b) Los inhabilitados declarados por autoridad competente.
- c) Los que se hallen en estado de convocatoria de acreedores sin concurso aprobado, quiebra o liquidación, mientras no obtengan su habilitación.
- d) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las firmas totalmente integradas por aquellos o cuando estando compuestas en forma parcial alguno de sus integrantes sea director, socio administrador, apoderado o gerente.
- e) Las sociedades e individualmente sus componentes y/o miembros de directorio que estén inhabilitados o posean sanciones vigentes en el Padrón de Proveedores de la Provincia.
- f) Los adjudicatarios, ex – adjudicatarios, concesionarios o ex – concesionarios de la Provincia del Neuquén o cualquier ente público, que en forma individual o como componentes de sociedades, estén en juicio contra la Provincia del Neuquén, hayan sido demandados judicialmente por la Provincia del Neuquén por incumplimiento de compromisos pactados o se haya dispuesto la rescisión culposa del vínculo contractual.
- g) Los condenados en causa criminal por delitos dolosos.
- h) Los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales declarados por autoridad competente según corresponda.
- i) Las personas físicas que se encuentren inscriptos en el Registro Provincial de Deudores Morosos Alimentarios (Ley 2333 modificada por Ley 2885).
- j) Al momento de la apertura serán considerados oferentes excluidos los que tengan el mismo representante u apoderado, como así también aquellos cuya actividad que se ofrece no esté incluida en el objeto social del ente según su contrato social al momento del acto de apertura.-

PLIEG-2025-02103171-NEU-ADM#MS

EX-2025-001499696- -NEU-DESP#MS**LICITACIÓN PÚBLICA N° 550
APERTURA: 08/08/2025****CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Los oferentes deberán acompañar con su presentación una Declaración Jurada en la que expresen no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilitaciones señaladas anteriormente. Esta exigencia se extiende a los directivos de las sociedades oferentes. La omisión de presentación de esta Declaración Jurada implicará el rechazo de la oferta.

10º) Las únicas causas de rechazo de una propuesta son:

1. En el acto de apertura:

- a. Falta de garantía en los términos del artículo 23º.
- b. Falta de firma del/la oferente en la documentación.
- c. Alteración de la certificación en los documentos de la oferta presentada en la Plataforma de Compras Digitales de Neuquén Co.DI.NEU.

2. Con posterioridad al acto de apertura:

- a. No presentación del sellado de Ley.
- b. Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada por el/la oferente.
- c. Documento de garantía insuficiente que no sea subsanado en el término que establezca el/la funcionario/a competente.
- d. Las presentadas por firmas excluidas o suspendidas del Padrón de Proveedores y Licitadores.
- e. Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas generales o particulares de los pliegos respectivos.
- f. Cuando no contesten las aclaraciones requeridas por el organismo contratante en los plazos otorgados.
- g. Cuando no cumplan con las formalidades específicas de la contratación.

Los/las oferentes que no cumplimenten los requisitos de los incisos a) y b) del apartado 2), a pedido del organismo contratante en el plazo que éste le indique, serán considerados desistidos aplicándoseles las sanciones establecidas en el artículo 71º inciso 1); independientemente de lo establecido en el artículo 89º." (Artículo 38º RC – DECTO-2022-2237-E-NEU-GPN).

11º) Por las presentes Cláusulas se les otorgará un plazo de 72 horas hábiles para regularizar aquellos requisitos que se considere subsanables exigidos para el presente acto. Desestimándose todas las ofertas que no den cumplimiento a las mismas.

12º) - El equipo deberá ser nuevo, sin uso previo y no podrá encontrarse discontinuado en su fabricación y deberá indicar MARCA y MODELO, sea de industria nacional o extranjera

13º) Se deberán adjuntar folletos ilustrativos en idioma español con las especificaciones completas de todos los componentes del equipo ofertado (EXCLUYENTE)

14º) Todo el equipamiento médico ofertado deberá contar con la correspondiente aprobación de ANMAT.

EX-2025-001499696- -NEU-DESP#MS**LICITACIÓN PÚBLICA N° 550
APERTURA: 08/08/2025****CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES**

15º) La empresa oferente deberá contar con representación técnica y servicio postventa en el país, asegurar la disponibilidad de repuestos originales y garantizar que no está prevista la discontinuación del modelo por un período mínimo de cinco (5) años.

16º) El equipo deberá contar con una garantía mínima de doce (12) meses a partir de la entrega, que cubra la totalidad de sus Componentes.

Durante el período de garantía, la empresa adjudicataria deberá cubrir la mano de obra, repuestos, fletes, calibraciones y cualquier otro gasto derivado de mantenimientos preventivos y/o correctivos, los cuales deberán ejecutarse conforme a los protocolos originales del fabricante.

Si durante dicho período el equipo permanece inoperativo por causas atribuibles al proveedor, la garantía deberá extenderse por un período igual al tiempo de inoperatividad.

Asimismo se deberá contemplar la reposición del equipo completo en caso de falla atribuida a defecto de fabricación.

17º) El equipo deberá incluir todos los accesorios y suministros necesarios para su correcto funcionamiento, así como los manuales de usuario (en idioma español) y manual técnico.

18º) CLAUSULAS PARTICULARES RENGLONES INSTRUMENTAL**a). FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTAS (EXCLUYENTE)**

1. En los renglones donde se solicite cotización por **caja completa**, con los ítems listados en el anexo técnico del pedido de suministro, el oferente deberá presentar la cotización discriminada por tipo de componente, cantidad, precio unitario y precio total por renglón.

2. El Comité Evaluador se reserva el derecho de preadjudicar la oferta que considere más adecuada para realizar el procedimiento quirúrgico, siempre que cumpla con los requisitos funcionales establecidos, sin que ello implique que deba coincidir exactamente con el listado original de componentes de la caja.

3. El Comité Evaluador podrá desestimar cualquier oferta que no especifique de forma detallada las características técnicas del producto ofrecido. No se aceptarán descripciones genéricas como: de acuerdo con las especificaciones técnicas del pliego.

b). DOCUMENTACIÓN Y NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO (EXCLUYENTE)

El oferente deberá presentar la siguiente documentación:

1. Todo el **INSTRUMENTAL** deberá contar con la aprobación de la ANMAT.

Se deberá adjuntar una copia del certificado VIGENTE del Registro de Producto Médico emitido por dicho organismo. La verificación deberá poder realizarse en la página web del sistema helena de la ANMAT.

EX-2025-001499696- -NEU-DESP#MS**LICITACIÓN PÚBLICA N° 550
APERTURA: 08/08/2025**

2. El proveedor deberá presentar un Certificado de Conformidad de Calidad emitido por un organismo certificador acreditado (por ejemplo, TÜV SÜD o equivalente). Se verificará la vigencia del certificado, el cual deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos de calidad, seguridad y normativas regulatorias aplicables a dispositivos médicos, incluyendo la auditoría del sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 13485 u otros estándares similares.

La verificación deberá poder realizarse en la página web del organismo certificador.

3. El oferente deberá presentar un certificado de análisis y composición del acero empleado en la fabricación del instrumental cotizado. Todo el instrumental quirúrgico deberá ser de acero inoxidable reutilizable y cumplir con las siguientes especificaciones mínimas: AISI 420 o superior para instrumental cortante, AISI 410 o superior para instrumental sin filo y AISI 304 o superior para cajas, separadores y valvas.

4. Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean importadas o de industria nacional. El oferente deberá enviar folletos o catálogo con las características técnicas del instrumental cotizado y realizar las aclaraciones necesarias para su correcta evaluación.

C. DEL PRODUCTO Y ENTREGA:

1. Lugar de entrega: Deposito Central, sito en calle Tronador y el Bolsón, tel. 0299-4400878, en el horario de 08:00 - 12:00 hs. Neuquén Capital. Libre de flete y acarreo.

2. El instrumental deberá ser nuevo y sin uso.

3. Todo el instrumental médico ofertado deberá ser esterilizable, y deberá contar con una GARANTÍA mínima de 12 (DOCE) MESES contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación, la cual será contada a partir de la fecha de entrega del mismo. Esta garantía deberá ser presentada por escrito.

5. Cada instrumento deberá traer grabada en su superficie, desde fábrica, la siguiente leyenda: **HRDLS (QX)**.

6. Todo el instrumental deberá estar templado, revenido y haber sido forjado en una sola pieza.

7. Los instrumentos deberán estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas, y residuos del proceso de desgaste y pulido.

8. Los acabados deben ser terminales, libres de imperfecciones y armónicos con el diseño del instrumento. Los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben engancharse ni rasgar.

19º) El **plazo de entrega** deberá ser a los cuarenta y cinco (45) días.

Los Plazos de entrega comienzan a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra al correo electrónico declarado en la oferta.-

20º) Lugar de entrega: Deposito Central de Ministerio de Salud, sito en Tronador esq. El Bolsón Bº Confluencia - Neuquen Capital - LIBRE DE FLETE Y/O ACARREO.

21º) La recepción técnica estará a cargo de personal designado por la Dirección de la Red de Ingeniería Biomédica del Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén

PLIEG-2025-02103171-NEU-ADM#MS

EX-2025-001499696- -NEU-DESP#MS**LICITACIÓN PÚBLICA N° 550
APERTURA: 08/08/2025****CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES**

22º) Cada entrega cuando exceda las medidas de 1,2 x 1,0 x 1,2 metros, deben venir acondicionada en pallets de madera según norma IRAM 10016, clase B (1000 x 1200 mm). La disposición de cajas en el pallet, deberá envolverse con nylon termo contraíble o nylon stretch y alejarse mediante 4 flejes cruzados, además de 4 esquineros reforzados para la protección de la estiba. Cada pallet no podrá exceder los 1000 kilogramos y la altura no debe superar los 1,5 metros y deben ser aptos para su manipulación con zorra hidráulica, apiladora y auto elevador.

23º) En el caso que a criterio de la Comisión de Preadjudicación o de que a raíz de la intervención de la Oficina Provincial de Contrataciones resultare que los precios pretendidos superan los valores vigentes en el mercado, el SAF del Organismo licitante podrá solicitar una Mejora de Oferta a la empresa que ajustada al Pliego, ofrezca el precio más conveniente.

Cabe destacar que los informes de la Comisión de Pre adjudicación son solo actos preparatorios, no vinculantes y no generan derecho alguno para los proponentes, ni obligan al funcionario competente a resolver la adjudicación.

24º) Cuando las especificaciones técnicas coincidan con las características especiales de alguna marca, es sólo a fines indicativos del tipo de producto que se pretende adquirir, no son excluyentes las marcas de similar calidad que reúnan las condiciones exigidas en el pedido de presupuesto

25º) Este Ministerio de Salud se reserva el derecho de efectuar ensayos sobre los envases y producto requerido. En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis, traslados, cambio, etc. quedarán totalmente a cargo del oferente.

26º) La preadjudicación será hecha a conocer a los proponentes en el lugar, día y hora que se determine la que no tendrá respecto de los preadjudicatarios efecto jurídico alguno. En el acto se les hará conocer los cuadros comparativos de las ofertas. Los oferentes tendrán un plazo perentorio de tres (3) días hábiles a partir de dicha notificación para formular las observaciones que estimen corresponder. Dicho plazo será reducido a veinticuatro (24) horas cuando se trate de Concursos de Precios (Art.49º R.C.)

27º) Se deberá mantener la oferta por un plazo no menor a sesenta (60) días a partir del día siguiente del Acto de Apertura. En caso de no resolverse las adjudicaciones dentro del plazo establecido se solicitará un nuevo término de mantenimiento. La falta de contestación de los proponentes comportará su desistimiento. (Art. 52º R.C.)

28º) La Forma de Pago se estipula en sesenta (60) días contándose dicho plazo a partir de la presentación de la FACTURACIÓN conformada en la Dirección Provincial de Administración dependiente del Ministerio de Salud.

Dicha cancelación se efectuará bajo la modalidad de acreditación en Cuenta a la Vista en cualquier Sucursal del Banco de la Provincia del Neuquén en cumplimiento a lo establecido por Decreto N° 0367; Resolución N° 66 "Proveedor sin cuenta bancaria". (Disposición n° 37/13 C.G.P "Nota: Sr. Proveedor, Usted no ha informado una cuenta bancaria a la vista en el Banco Provincia del Neuquén S.A. (Decreto n° 0367/04), por ende, no podrá percibir cobro alguno hasta tanto no cumpla esta condición ante el Padrón de Proveedores de la Provincia".

29º) La formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego, de las Disposiciones de la Ley N° 2141 y su Reglamento de Contrataciones y Pliego General de Condiciones (Decreto 2758/95 - Art. 16).

PLIEG-2025-02103171-NEU-ADM#MS

EX-2025-001499696- -NEU-DESP#MS**LICITACIÓN PÚBLICA N° 550
APERTURA: 08/08/2025****CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES**

30º) La autoridad facultada para contratar podrá rechazar todas las propuestas o adjudicar parte de lo licitado, sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de precios.-

31º) Deberá declarar bajo juramento conocer y aceptar todas las disposiciones que rigen el presente llamado, fijando domicilio legal en la Provincia del Neuquén, renunciando a otro fuero que no sea el de nuestra Provincia y someterse a la justicia de la misma.-

32º) El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes dará lugar a la aplicación de las penalidades descriptas para cada caso en el artículo 71º del Reglamento de Contrataciones y su modificatoria s/Decreto N° 1927/05 anexo I.

33º) Previa a la Adjudicación de la propuesta cuyo monto supere el indicado en el artículo 64º inciso 1) de la Ley de Administración Financiera y Control - pesos ciento diez millones (\$110.000.000,00), se deberá cumplimentar en un término de cinco (5) días constituyendo a favor del Estado Provincial una Garantía no inferior al 15% de la adjudicación en sustitución de la Garantía de Oferta dentro de las formas previstas en el Artículo 25º del Reglamento de Contrataciones de la Ley 2141.

No se aceptarán Pólizas emitidas por Compañías de Seguros que a la fecha de su recepción resulten morosos en el cumplimiento de sus obligaciones emergentes de pólizas oportunamente emitidas, en resguardo de los intereses fiscales y hasta tanto dure su incumplimiento.

34º) No se aceptarán entregas parciales de los productos, se deberá entregar la totalidad de las cantidades indicadas para cada entrega. Con la entrega de la mercadería, se deberá realizar la entrega de la facturación correspondiente, en la que deberá constar: número de orden de compra y licitación, apuntar número de remito facturado. Se deberá indicar claramente el número de renglón que se factura.

35º) Los bultos deberán presentarse identificados con el número de Expediente, licitación y renglón al que pertenece para realizar una recepción técnica rápida y eficiente, evitándose de esta manera una demora en la tramitación de la facturación correspondiente.

36º) Previo a la entrega de los bienes y/o la prestación de servicios el proveedor deberá contar con Orden de Compra, provisión o documento que lo reemplace, sin el cual no tendrán derecho a reclamo alguno, además de las sanciones que correspondieren.

37º) El equipamiento deberá ser acompañada de factura y remitos donde conste: número de orden de compra, número de renglón y cantidades entregadas. No se aceptarán remitos que no contengan los datos mencionados.

38º) La repartición contratante se reserva el derecho a rescindir el contrato sin derecho a indemnización alguna al proveedor, cuando así lo considere conveniente a los intereses fiscales, previa comunicación con 30 días de anticipación.

39º) Cuando se tratare de mercadería rechazada, el Adjudicatario será intimado a retirar la misma en el término 30 días, vencido dicho plazo quedarán en propiedad del Estado, sin derecho a reclamo alguno y sin cargo, sin perjuicio de sanciones a que dé lugar el incumplimiento del contrato (Art. 65º del Reglamento de Contrataciones). –

PLIEG-2025-02103171-NEU-ADM#MS

EX-2025-001499696- -NEU-DESP#MS**LICITACIÓN PÚBLICA N° 550
APERTURA: 08/08/2025****CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES**

40º) Con la documentación completa de la mercadería entregada y su correspondiente facturación el proveedor deberá sellar la Orden de Compra ante la Dirección Provincial de Rentas web <https://dprneuquen.gob.ar/> y remitir Orden de Compra debidamente sellada a la Dirección de Licitaciones (Sector Liquidaciones) dependiente del Ministerio de Salud, para su correspondiente liquidación.

46º) Las consultas e informes se realizarán de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas en la Dirección General de Compras dependiente de la Dirección Provincial de Administración dependiente del Ministerio de Salud, sita en calle Antártida Argentina y Colón – Edificio N°3 - Piso 3 – Neuquén Capital. TEL (0299) 449-5596–equipamiento.compras@gmail.com

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS GENERALES O PARTICULARES DARÁ LUGAR A LA DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.

EX-2025-001499696- -NEU-DESP#MS

**LICITACIÓN PUBLICA N° 550
APERTURA: 08/08/2025**

DECLARACIÓN JURADA

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO DOMICILIO LEGAL EN
CALLE..... DE LA
PROVINCIA DEL NEUQUÉN, SOMETIÉndonOS AL FUERO PROCESAL ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO O JURISDICCIÓN.

QUE DECLARA NO HALLARSE INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE COMPRENDIDOS EN NINGUNO DE LOS
CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 9º) (OFERENTES EXCLUÍDOS) DEL PLIEGO.

ASIMISMO, QUIÉN SUSCRIBE EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA
..... DECLARA ACEPTAR QUE EL MINISTERIO DE SALUD,
REALICE LAS COMUNICACIONES QUE DEBAN EFECTUARSE EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE
CONTRATACIÓN CONSTITUYENDO DOMICILIO ELECTRONICO (CONF.ART. 4 LEY
3002).....@.....-

NEUQUEN.....de.....de-



PEDIDO DE PRESUPUESTO

Apertura:	08-08-2025
Hora:	11:00

Actuación Contable:2025-01499696-0

Expediente Electrónico:EX-2025-01499696- -NEU-DESP#MS

Licitación Pública (sobre único) Nro. 550

Lugar Apertura de Sobres: DIRECCION DE COMPRAS

Presentacion de Ofertas: PLATAFORMA CO.DI.NEU

Domicilio en:(Antartida Argentina 1245)- Neuquén

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto 2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones).

Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

Saludo a Ud. muy atentamente.

Re	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofr	Cant Ofr	Precio Unitario	Precio Total
1	3		ASPIRADOR QUIRURGICO; Tipo Finochietto Portatil - Capacidad 10000 Cm ³ - Equipo Individual - Marca Sugerida: Ver anexo de especificaciones técnicas Marca Ofrecida:			\$	\$
2	3		DETECTOR DE LATIDO; Uso P/Latidos Fetales - Alimentación Electrica-Bateria - Frecuencia 1,1- 2,1 Mhz - Intensidad 10 Mw/Cm2 - Marca Sugerida: Ver Anexo de especificaciones técnicas Marca Ofrecida:			\$	\$
3	1		CARDIODESFIBRILADOR; Tipo Desfibrilador con monitor cardíaco - Alimentación Bateria y red eléctrica - Accesorio Con - Marca Sugerida: Ver Anexo de especificaciones técnicas Marca Ofrecida:			\$	\$
4	8		LARINGOSCOPIO; adulto/pediátrico, construido en policarbonato sanitario de alto impacto. c/4 ramas (ramas macintosh n°1, 2, 3 y 4) - Marca Sugerida: Ver Anexo de especificaciones técnicas Marca Ofrecida:			\$	\$
5	2		RESUCITADOR; Resucitador para paciente ADULTO con bolsa confeccionada en silicona, válvula paciente de obturador			\$	\$



Re	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofc	Cant Ofc	Precio Unitario	Precio Total
			único, reservorio de O2 reutilizable y máscara facial transparente de silicona para paciente adulto. Totalmente autoclavable a 134°C para su esterilización. - Marca Sugerida: Con valvula peep Marca Ofrecida:				
6	3		RESUCITADOR; Resucitador para paciente neonatal con bolsa confeccionada en silicona, válvula paciente de obturador único, reservorio de O2 reutilizable y máscara facial transparente de silicona para paciente pediátrico. Totalmente autoclavable a 134°C para su esterilización. - Marca Sugerida: con valvula PEEP Marca Ofrecida:			\$	\$
7	36		UNIDAD PARA INTERNACION DE PACIENTE; Compuesto por: 1 cama de internación (con colchón y almohada de uso hospitalario y otros accesorios), 1 mesa de comer y 1 mesa de luz Marca Ofrecida:			\$	\$
8	4		UNIDAD PARA INTERNACION DE PACIENTE; PARA TERAPIA INTENSIVA; Compuesto por: 1 cama de internación ortopedica electrica para adultos - Con cabecera y Piecera desmontable. Cuatro barandas deslizables de polimeros. Portasuero regulable. Ruedas 125 mm. con frenos Con colchón adaptable, 1 mesa de comer y 1 mesa de luz Marca Ofrecida:			\$	\$
9	3		CAMA; Sommier completo - Box base con Colchón - Largo Por Ancho 1.90 x 1.0 M - Material Madera - Terminación Forrado en tela Marca Ofrecida:			\$	\$
10	38		ESCALERA; Material Metal - Escabel - Escalones 2 resistentes con goma antideslizante - Tramos Fijo - Desarrollo Fijo - Soporte Apoyo Marca Ofrecida:			\$	\$
11	4		CARRO DE EMERGENCIA; Tipo Modelo CR -03 - Con 3 Cajones - Con Accesorios: Porta tubo de oxigeno, Porta tacho, Porta suero			\$	\$



Re	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofr	Cant Ofr	Precio Unitario	Precio Total
			de dos ganchos Marca Ofrecida:				
12	2		CARRO DE MEDICACION; Tipo con ruedas - Bandejas extraíbles - 4 ruedas, 2 de ellas con freno - Medidas 90 cm x 55 cm x 110 cm (Ancho x prof x alto) - Cantidad De Cajones 5 divisorios Marca Ofrecida:			\$	\$
13	4		CARRO MULTIPROPOSITO; Tipo Auxiliar - 1 cajón con guías deslizables - 1 plano y barandillas - Con ruedas - Medidas aprox. 600 x 400 x 850 Mm - Material Acero inoxidable Marca Ofrecida:			\$	\$
14	4		SILLA DE RUEDAS; Tipo Apoya brazos regulable en altura, rebatibles y desmontables - Apoya pies regulables y desmontables en ángulo de apoyo - Cubiertas 60/20 cm - Asiento de lona de alta resistencia - Altura de respaldo: 40-50cm- Peso máximo del usuario 125 kg - Peso total 15 kg Marca Ofrecida:			\$	\$
15	3		CAMILLA; Tipo para transporte de pacientes, respaldo con articulacion a manivela y barandas laterales deslizables. - Ancho 0.55 Cm aprox - Largo 2.00 M aprox - Alto altura regulable - Arnese sin Marca Ofrecida:			\$	\$
16	2		MESA PARA CIRUGIA; Tipo Mayo para instrumentación quirúrgica, de acero inoxidable AISI 304 - 4 (CUATRO) ruedas reforzadas y pestaña, altura regulable con pedal - Largo 80 Cm - Ancho 50 cm x Alto 1,30 M aprox. Marca Ofrecida:			\$	\$
17	27		PIE DE SUERO; Material Acero Inoxidable - Ruedas Con Marca Ofrecida:			\$	\$
18	9		SOPORTE PARA TELEVISOR/MONITOR; Tipo monitor multiparametrico - Marca Sugerida: MINDRAY UMEC 15" Marca Ofrecida:			\$	\$
19	16		SOPORTE PARA TELEVISOR/MONITOR; Tipo Fijo para Pared - Para Pantalla plana entre			\$	\$



Re	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofr	Cant Ofr	Precio Unitario	Precio Total
			32" a 40" - Reforzado - Soporte Metálico Marca Ofrecida:				
20	5		TANDEM; Altura Fija - Tapizado Sin - Respaldo Fijo - Apoyabrazo Si - N° De Asientos 3 - Base Metálica Cromada - Accesorio Sin - Material Chapa microperforada Marca Ofrecida:			\$	\$
21	1		TANDEM; Altura Fija - Tapizado Sin - Respaldo Fijo - Apoyabrazo Sin - N° De Asientos 4 - Base Soporte de Hierro - Accesorio Sin - Material Chapa Marca Ofrecida:			\$	\$
22	2		ANAFE ELECTRICO; Tipo encendido electrónico - Hornallas 2 - Material acero inoxidable - Potencia 2250 W Marca Ofrecida:			\$	\$
23	2		BANQUETA/TABURETE; Sin Respaldo - Altura Regulable - Giratorio Si - Material Metálico - tapizado ecocuero Marca Ofrecida:			\$	\$
24	1		TANDEM; Altura Fija - Tapizado Cuero ecológico - Respaldo Fijo - Apoyabrazo Con - N° De Asientos 2 - Base Metálica - Accesorio Regatones Regulables - Material Acero Marca Ofrecida:			\$	\$
25	3		MESA DE REUNION; Superficie Apoyo Aglomerado - Terminación Laminado Plastico - Dimensión Del Plano De Apoyo 150 X 100 X 74 Cm - Base Metalica - Capacidad 4 Personas - Material Aglomerado Marca Ofrecida:			\$	\$
26	1		CAMILLA; Tipo camilla para transporte - cadaveres - Ancho 0.60 M - Largo 1.90 M - Alto 0.85 M - Arnese sin Un Marca Ofrecida:			\$	\$
27	1		SILLA DE RUEDAS; Tipo a medida para paciente obeso confeccionada en acero, plegable con doble cruceta ruedas traseras inflables, apoya brazos tipo escritorio desmontables, apoya pies, desmontables, rebatibles, respaldo fijo a 90°, frenos posteriores, comando bimanual. Modelo 7 - Silla para personas			\$	\$



Re	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofr	Cant Ofr	Precio Unitario	Precio Total
			con sobrepeso excesivo Marca Ofrecida:				
28	10		TACHO DE RESIDUOS; Material Plastico - Sección Circular - Dimensión 100 L - Tapa Con - Marca Sugerida: 5 (cinco) tachos de color rojo - 5 (cinco) tachos de color verde Marca Ofrecida:			\$	\$
29	2		SILLA; Material Estructura Metal - Tapizado Cuerina - Patas Fijas - Cantidad Patas 4 - Altura Fija - Giratoria No - Apoyabrazo Con - Respaldo Fijo - Asiento Cuerina Marca Ofrecida:			\$	\$
30	1		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Cirugía General - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm - Componentes 48 Marca Ofrecida:			\$	\$
31	1		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Laparotomía - Cirugía General - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm - Componentes 59 Marca Ofrecida:			\$	\$
32	1		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Traqueostomía - Cirugía General - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico			\$	\$



Re	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofr	Cant Ofr	Precio Unitario	Precio Total
			convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm - Componentes 72 Marca Ofrecida:				
33	2		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Drenaje Pleural - Cirugía General - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm - Componentes 21 Marca Ofrecida:			\$	\$
34	1		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Clamp - Cirugía General - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 27 Marca Ofrecida:			\$	\$
35	2		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de instrumental laparoscópico - Cirugía General y Ginecología - Material Acero Inoxidable Quirúrgico cubierto de vaina aislante - Caja contenedora de plástico para esterilización y almacenamiento de 10 a 15 instrumentos y para guarda de al menos 6 trócares; conteniendo Instrumental Quirúrgico laparoscópico, con componentes desmontables para su correcto reprocesamiento. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Karl Storz - Componentes 36			\$	\$



Re	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Of	Cant Of	Precio Unitario	Precio Total
			aproximadamente Marca Ofrecida:				
36	1		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Valvas - Ginecología - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 16 Marca Ofrecida:			\$	\$
37	6		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso para Curación - Material caja de Acero inoxidable 17 x 7 x 3 cm cribada con filtro para autoclave - Componentes 1 Estilete de punta olivar - 1 Pinza de disección sin dientes 13 cm - 1 Pinza de disección con dientes 13 cm - 1 Pinza Kocher recta 14-16 cm - 1 Pinza Kocher curva 14-16 cm - 1 Sonda acanalada - 1 Tijera de Mayo recta 14-16 cm - 1 Mango de Bisturí N° 4 Marca Ofrecida:			\$	\$
38	4		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Cirugía Menor - Cirugía General - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm - Componentes 42 Marca Ofrecida:			\$	\$
39	1		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Cirugías Pediátricas - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora anonizada para esterilización/autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico apto para autoclave - Componentes 24 aproximadamente			\$	\$



Re	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Ofr	Cant Ofr	Precio Unitario	Precio Total
			Marca Ofrecida:				
40	1		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Traumatología - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 98 Marca Ofrecida:			\$	\$
41	2		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Cesárea - Ginecología - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 41 Marca Ofrecida:			\$	\$
42	2		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Legrado - Ginecología - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 28 Marca Ofrecida:			\$	\$
43	2		CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía Ginecológica - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental			\$	\$



Re	Cant	Sol	Per Sol	Item	Per Ofr	Cant Ofr	Precio Unitario	Precio Total
				Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 131 Marca Ofrecida:				
44	1			CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Canalización pediátrica - Material Acero inoxidable quirúrgico - Componentes varios Marca Ofrecida:			\$	\$
45	3			CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso para Atención de Partos - Material Caja de Acero inoxidable AISI 304 18/8, cribadas con filtro para autoclave de 20 x 8 x 4 cm - Componentes 1 pinza Kocher 14-16 cm - 1 pinza Foerster 14-16 cm - 1 pinza porta agujas 14-16 cm - 1 pinza disección sin diente de ratón 13 cm - 1 pinza Pean 14-16 cm - 1 tijera tipo Mayo recta 14-16 cm - 1 tijera Mayo curva 14-16 cm Marca Ofrecida:			\$	\$
46	2			CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Cuello Uterino - Ginecología - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 34 Marca Ofrecida:			\$	\$
47	4			CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso caja de cirugía mayor - cirugía general - Material acero inoxidable quirúrgico - Componentes 45 unidades aprox. Marca Ofrecida:			\$	\$
48	38			PERCHERO; Soporte Pared - Material Metal - Gancho 5 Marca Ofrecida:			\$	\$
49	6			ESTANTERIA; Material acero inoxidable - Dimensión 0.90x0.45 M - Altura 1.80 M -			\$	\$



Re	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Of	Cant Of	Precio Unitario	Precio Total
			Estantes 5 - Capacidad Por Estante 100 Kg Marca Ofrecida:				

Total Cotizado:

Cantidad de Renglones a Cotizar: 49

Mantenimiento de oferta: 60 dias

Forma de Pago: 60 DIAS

Plazo de Entrega: 45 dias

Cronograma de Entregas

	Cant Sol	Plazo de Entrega	Dependencia
1	3	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
2	3	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
3	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
4	8	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
5	2	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
6	3	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
7	36	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
8	4	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
9	3	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
10	38	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
11	4	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
12	2	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
13	4	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
14	4	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
15	3	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
16	2	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
17	27	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
18	9	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
19	16	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
20	5	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL



		Plazo de Entrega	Dependencia
21	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
22	2	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
23	2	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
24	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
25	3	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
26	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
27	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
28	10	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
29	2	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
30	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
31	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
32	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
33	2	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
34	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
35	2	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
36	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
37	6	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
38	4	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
39	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
40	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
41	2	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
42	2	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
43	2	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
44	1	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
45	3	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
46	2	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
47	4	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL



		Plazo de Entrega	Dependencia
48	38	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL
49	6	45	DEPOSITO - ALMACEN CENTRAL

Firma

Referencias:

Re (N° de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados)



**Pedido de Presupuesto
Anexo**

Apertura:	08-08-2025
Hora:	11:00:00

Actuación Contable: 2025-01499696-0

Expediente Electrónico: EX-2025-01499696- -NEU-DESP#MS

Licitación Pública (sobre único) **Nro.** 550

Lugar: Antartida Argentina 1245

Presentacion de Ofertas:

	Descripcion
1	<p>ASPIRADOR QUIRURGICO; Tipo Finochietto Portatil - Capacidad 10000 Cm³ - Equipo Individual - Marca Sugerida: Ver anexo de especificaciones técnicas tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>CARACTERÍSTICAS GENERALES:</p> <p>Equipo de uso médico hospitalario para aspiración de secreciones, líquidos y fluidos corporales. Apto para uso continuo en procedimientos quirúrgicos, sala de partos, emergencias y terapia intensiva.</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</p> <p>Caudal de aspiración: Mínimo 36 litros por minuto. Presión máxima de vacío: Mínimo 700 mmHg. Regulación de vacío: Con válvula reguladora manual y manómetro incorporado. Sistema de aspiración: A través de bomba libre de aceite (seco), sin mantenimiento. Capacidad del frasco recolector: 1 frasco de 1 litro + 1 frasco de 2 litros, intercambiables, autoclavables, con válvulas de seguridad antibacteriana. Filtro bacteriológico: Incorporado, recambiable. Válvula de seguridad antibrebote: Que impida el ingreso de líquidos a la bomba. Ruido máximo: Menor a 60 dB. Estructura: Chasis metálico con pintura epoxi, montado sobre 4 ruedas giratorias (2 con freno). Alimentación eléctrica: 220V / 50-60 Hz.</p> <p>ACCESORIOS INCLUIDOS:</p> <p>Frascos recolectores Tubos de aspiración Filtros Manual de usuario en español</p>
2	<p>DETECTOR DE LATIDO; Uso P/Latidos Fetales - Alimentación Electrica-Bateria - Frecuencia 1,1- 2,1 Mhz - Intensidad 10 Mw/Cm2 - Marca Sugerida: Ver Anexo de especificaciones técnicas</p>



Descripcion	
	<p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS</p> <ul style="list-style-type: none">-Tipo de tecnología: Doppler fetal ultrasónico-Frecuencia del transductor: 2.0 MHz ± 10%-Rango de medición FCF: 50 240 latidos por minuto (bpm)-Precisión mínima: ± 2 bpm-Profundidad de detección: ¿ 20 mm-Modos de visualización: Instantáneo, promedio y manual-Pantalla: Display LCD retroiluminado con visualización clara de FCF y nivel de batería-Altavoz integrado con control de volumen-Con conector para auriculares-Alimentación: 2 baterías AA o batería recargable-Autonomía: 6 horas de uso continuo-Peso máximo: 300 g
3	<p>CARDIODESFIBRILADOR; Tipo Desfibrilador con monitor cardíaco - Alimentación Batería y red eléctrica - Accesorio Con - Marca Sugerida: Ver Anexo de especificaciones técnicas</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>CARACTERÍSTICAS GENERALES</p> <p>Equipo compacto, resistente y liviano, diseñado para cardiovertir pacientes adultos y/o pediátricos mediante tecnología de onda bifásica, con funciones de monitor cardíaco e impresora integrada.</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS</p> <p>1. Alimentación y batería</p> <ul style="list-style-type: none">-Fuente de alimentación múltiple: CA 100¿240 V y CC 12 V.-Batería recargable integrada, con autonomía mínima para 25 descargas de al menos 260 Joules.-Tiempo de recarga menor a 4 horas.-Conmutación automática entre alimentación de red y batería. <p>2. Desfibrilación</p> <ul style="list-style-type: none">-Onda bifásica con compensación según la impedancia del paciente.-Modos de desfibrilación: manual, sincronizado (cardioversión) y automático (DEA).-Niveles de energía seleccionables desde 1 hasta 360 Joules.-Precisión de energía: ±2 J o 15 %, el que sea mayor, en carga de 50 Ohm.-Tiempo de carga: menos de 5 segundos a 200 J y menos de 8 segundos a 360 J con batería nueva y completamente cargada.-Rango de impedancia del paciente: de 20 a 200 Ohm (desfibrilación externa). <p>Administración de descarga:</p> <ul style="list-style-type: none">-Mediante paletas externas y electrodos autoadhesivos pregelificados.



Descripcion

- Activación de descarga desde las palas mediante presión simultánea de teclas o desde la unidad principal, siempre con mecanismos de seguridad que eviten activaciones accidentales.
- Indicador de energía cargada y energía entregada.
- Descarga automática de energía en caso de apagado sin uso.
- Indicador visual de sincronismo.
- Capacidad de aplicar choques según las recomendaciones vigentes de la AHA y ERC.
- El equipo deberá permitir la realización de pruebas de desfibrilación utilizando una carga simulada de 50 ohms, con registro del pulso de descarga y de los niveles de energía aplicados.

3. Monitor y funciones adicionales

- Monitor cardíaco con pantalla color TFT de 7", resolución mínima 800x480 píxeles.
- Visualización simultánea de al menos 3 canales, incluyendo la onda de ECG.
- Tiempo de visualización de onda ECG: hasta 16 segundos.
- Visualización de datos alfanuméricos: frecuencia cardíaca, derivación seleccionada, nivel de energía, entre otros.
- ECG: al menos 3 canales, con opción de 5 derivaciones.
- Con posibilidad de incorporar a futuro monitoreo de: frecuencia cardíaca, SpO2, PARI y marcapaso externo no invasivo (opcional).
- Alarmas visuales y sonoras: frecuencia cardíaca, batería baja, desconexión de electrodos.
- Software de almacenamiento con capacidad para al menos 1000 eventos y 100 pacientes.
- Grabación de voz: hasta 180 minutos en total, máximo 60 registros por paciente.
- Exportación de datos a PC mediante memoria flash USB.

4. Impresora térmica

- Impresora integrada, con tecnología de matriz de puntos de transferencia térmica de alta resolución.
- Activación automática o manual.
- Impresión de reportes con: fecha, hora, ECG pre y post descarga, y eventos registrados de forma manual o automática.
- Velocidades de impresión: 25 mm/s y 50 mm/s.
- Ancho del papel: 50 mm.

5. Diseño físico

- Equipo portátil, con manija de transporte.
- Peso: menor o igual a 5 kg.
- Construcción robusta, adecuada para su uso en entornos exigentes.

6. Accesorios incluidos

- Paletas externas reutilizables para adultos, con adaptador pediátrico.
- 1 juego de electrodos ECG.
- 1 pack de electrodos desechables para DEA (adulto/pediátrico).
- 1 rollo de papel térmico.
- Herramienta de limpieza de impresora.



Descripcion
<p>-1 resistencia de 50 ohms para pruebas/ensayos. -Manuales de uso en idioma español</p>
<p>4 LARINGOSCOPIO; adulto/pediátrico, construido en policarbonato sanitario de alto impacto. c/4 ramas (ramas macintosh n°1, 2, 3 y 4) - Marca Sugerida: Ver Anexo de especificaciones técnicas tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>DESCRIPCIÓN GENERAL: Equipo médico reutilizable para intubación endotraqueal en pacientes adultos y pediátricos mayores, compuesto por mango y 4 ramas curvas tipo McIntosh. Apto para uso en unidades de emergencia, anestesia y terapia intensiva.</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS: -Tipo: Laringoscopio rígido, reutilizable, con hojas curvas tipo Macintosh. -Iluminación: Con fuente de luz LED integrada o sistema compatible con LED (alta intensidad, bajo consumo). -Ramas incluidas: N° 2 (110 mm), N° 3 (130 mm), N° 4 (150 mm) N° 5 (170 mm).- -Material: Acero inoxidable de grado médico, resistente a la corrosión y a procesos de esterilización. -Conexión: Estándar ISO 7376 (verde), compatible con mangos de iluminación LED. -Mango: Mango metálico reutilizable, antideslizante. -Alimentación mediante baterías recargables o alcalinas estándar. -Compatible con sistema de luz fría tipo LED. -Diseño: Ramas desmontables, sin rebabas ni bordes cortantes. Sujeción firme al mango durante el uso. -Esterilización: Autoclavable a 134 °C.</p> <p>Presentación: -Juego completo de 1 mango + 4 ramas (N° 2 a 5). -Estuche rígido -Manual de uso en idioma español</p>
<p>5 RESUCITADOR; Resucitador para paciente ADULTO con bolsa confeccionada en silicona, válvula paciente de obturador único, reservorio de O2 reutilizable y máscara facial transparente de silicona para paciente adulto. Totalmente autoclavable a 134°C para su esterilización. - Marca Sugerida: Con valvula peep tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p>



Descripcion
<p style="text-align: center;">-----Detalle-----</p> <p>Descripción general: Equipo reutilizable para ventilación manual en adultos, compuesto por bolsa autoinflable, máscara anatómica y válvula PEEP desmontable. Adecuado para uso hospitalario, terapia intensiva, quirófano, emergencias y traslados. Todos sus componentes son autoclavables.</p> <p>Características técnicas mínimas requeridas: Tipo de resucitador: Manual, reutilizable, autoclavable. Uso previsto: Paciente adulto (> 30 kg). Material principal: Bolsa de ventilación y válvula de paciente: silicona médica o elastómero termoplástico (TPE), libre de látex y DEHP. Máscara facial: silicona transparente, anatómica, reutilizable. Autoclavado: Todos los componentes deberán ser autoclavables a 121±134 °C. Capacidad de la bolsa: Mínimo 1600 mL. Volumen efectivo: ± 1000 mL. Reservorio de oxígeno: Bolsa o tubo con capacidad adecuada, reutilizable y autoclavable. Válvula PEEP incluida: Tipo regulable. Rango: mínimo de 5 a 20 cmH₂O. Autoclavable. Con conexión estándar ISO. Conectores: Estándar ISO 15/22 mm, compatibles con filtros, mascarillas y válvulas. Válvula unidireccional de paciente: Transparente, desmontable y fácil de limpiar. Esterilización: Autoclavado a vapor. No requiere agentes químicos para desinfección.</p> <p>Presentación: Kit completo: bolsa, válvula, máscara, reservorio, válvula PEEP. Manual de uso en español.</p>
<p>6 RESUCITADOR; Resucitador para paciente neonatal con bolsa confeccionada en silicona, válvula paciente de obturador único, reservorio de O₂ reutilizable y máscara facial transparente de silicona para paciente pediátrico. Totalmente autoclavable a 134°C para su esterilización. - Marca Sugerida: con valvula PEEP tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p style="text-align: center;">-----Detalle-----</p> <p>Uso previsto: Reanimación y ventilación manual en pacientes neonatales (peso <10 kg), en servicios de neonatología, partos, emergencias o traslados.</p> <p>Características técnicas mínimas requeridas: Tipo de resucitador: Manual, reutilizable y autoclavable. Libre de látex y DEHP.</p> <p>Materiales: Bolsa autoinflable de silicona médica o elastómero termoplástico (TPE), grado</p>



Descripcion
<p>hospitalario. Con estructura y válvulas resistentes a ciclos múltiples de esterilización por vapor (¿ 100 ciclos a 134¿°C). Capacidad de la bolsa: Volumen total: entre 250 y 300 mL. Volumen efectivo: al menos 150 mL para paciente neonatal.</p> <p>Máscara neonatal: Reutilizable, fabricada en silicona médica transparente, blanda y anatómica. Tamaño 0 o 1. Compatible con conexión estándar ISO 15 mm (mascarilla) y 22 mm (bolsa).</p> <p>Válvula del paciente: Unidireccional, desmontable, totalmente autoclavable. Diseño transparente para permitir visualización del flujo y evitar obstrucciones. Bajo espacio muerto (preferentemente <8 mL).</p> <p>Válvula PEEP incluida: Reutilizable y autoclavable. Rango de presión regulable: 5 a 20 cmH¿O. Compatible con el conector exhalatorio del resucitador.</p> <p>Sistema de enriquecimiento de oxígeno: Puerto de entrada de O¿ con conector universal. Incluye reservorio reutilizable o tubo difusor autoclavable.</p> <p>Dispositivo de seguridad: Válvula limitadora de presión (pop-off): activación a 35¿40 cmH¿O, desmontable y reutilizable.</p> <p>Compatibilidad de limpieza: Apto para limpieza manual y esterilización en autoclave por vapor: 121¿134¿°C.</p> <p>Accesorios incluidos: Bolsa autoinflable neonatal Máscara neonatal reutilizable Válvula del paciente Válvula PEEP regulable Reservorio o tubo de O¿ Manual de limpieza y uso</p>
<p>7 UNIDAD PARA INTERNACION DE PACIENTE; Compuesto por: 1 cama de internación (con colchón y almohada de uso hospitalario y otros accesorios), 1 mesa de comer y 1 mesa de luz tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p>



Descripcion

UNIDAD DE INTERNACION ADULTO MANUAL

Cama de estructura construida en acero SAE 1010 esmaltado, pintado en pintura epoxi poliéster o polvo horneado a 180 °, anticorrosivo.

Todos sus bordes deberán estar redondeados con paragolpes de plásticos reforzados.

Movimientos de elevación de espalda hasta 70°, elevación de piernas con articulación de rodilla a 48°, elevación de altura 450 mm - 740 mm.

Accionado por tres manivelas rebatibles y sendos mecanismos sin fin torneados de acero macizo.

Las cabeceras y pieceras deberán ser desmontable de material plástico moldeado de alta resistencia, caño de sección tubular, tratado del mismo modo que la estructura y el lecho..

Lecho construido en estructura de acero tubular, con chapas estampadas apto para masajes cardíaco.

Barandas tipo de acero tubular esmaltado, rebatible o desmontable, pintado en pintura epoxi poliéster o polvo horneado a 180 °, anticorrosivo.

Conjunto de cuatro ruedas e 125 mm de diámetro con rodamiento, horquilla giratoria y guarda hilo con freno independiente de cada una.

Soporte para porta suero ubicable en cualquiera de los vértices de la cama.

La percha para colgar los sachets de suero es de nylon con carga de fibra de vidrio y que soporte 4 sachets de suero de 1 litro cada uno.

- Accionamiento total manual mecánico.
- Medidas aproximadas externas: 2,00 x 0.90 Mts.
- Altura VARIABLE 450 mm - 740 mm. APROXIMADO.

COLCHÓN:

Compuesto de una placa de espuma de poliuretano de alta de densidad y alta resiliencia.

Forrado en tela impermeable en ambas caras y lavable a fluidos corporales.

Cierre a cremallera.

Altura no menor 20 Cm.

ALMOHADA:

Relleno de fibras siliconadas. Funda de PVC lavable e impermeable, base de tela indesmallable. Juntas selladas por alta frecuencia. Cierre de doble solapa sobre faja sellada. Funda totalmente lavable e impermeable permitiendo la higiene del paciente y evitando filtraciones y contaminación de la placa de espuma a fin de evitar los focos de infección y prolongando su vida útil.

MESA DE LUZ:

Estructura construida con perfiles de METAL pintado con pintura epoxi o polvo horneado, con un espesor mayor a 100 micrones, tratadas en un horno especial a más de 180 °C.



	Descripcion
	<p>Posee un cajón en la parte superior, botinero en la parte inferior.</p> <p>El frente del cajón y la puerta son en laminado plástico en ambas caras, con todas las esquinas con bordes redondos. Patas de caño esmaltado, tratado tal como está descrito previamente, con ruedas.</p> <p>MEDIDAS APROXIMADA</p> <p>0.45 m ANCHO x 0.4 m FRENTE x 0.7 m ALTO</p> <p>MESA RODANTE PARA COMER EN CAMA:</p> <p>La estructura de la mesa está construida en perfiles de acero con secciones y espesores que soportan con absoluta comodidad los esfuerzos a los que habitualmente están sometidos</p> <p>Pintada con pintura hibrida en polvo Epoxi-Polyester, con un espesor mayor a 100 micrones, tratadas en un horno especial a más de 180 °C. Plano superior de polímeros de alta resistencia, fijo.</p> <p>Elevación MANUAL de altura, protección plástica en la base, fijación a perilla</p> <p>Conjunto de cuatro ruedas de 55 mm de diámetro de pisada.</p> <p>Medidas Aprox: 45 Cm. por 80 Cm. (ancho por profundidad)</p> <p>Altura mínima: 800 Cm</p> <p>Altura máxima: 110 Cm.</p> <p>CONDICIONES PARTICULARES</p> <ul style="list-style-type: none"> - El equipo deberá ser nuevo y sin uso. - Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, NO menor a 12 doce meses. - Todos los accesorios e insumos necesarios para el uso incluidos con la Provisión del equipo. Indicar al ofertar. - Manual de mantenimiento técnico y manual de usuario en español incluido con la provisión del equipo. - El producto no debe estar discontinuado, ni debe estar prevista su Discontinuación - Disponer Servicio post venta, además deberá garantizar el suministro de repuestos por el termino de 5(cinco años) . - Registro de Producto Médico ANMAT
8	<p>UNIDAD PARA INTERNACION DE PACIENTE; PARA TERAPIA INTENSIVA; Compuesto por: 1 cama de internación ortopedica electrica para adultos - Con cabecera y Piecera desmontable. Cuatro barandas deslizables de polimeros. Portasuero regulable. Ruedas 125 mm. con frenos Con colchón adaptable, 1 mesa de comer y 1 mesa de luz</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>CAMA DE TERAPIA INTENSIVA ELECTRICA</p> <p>CAMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructura construida en acero sae 1010 esmaltado epoxi poliester en polvo



Descripcion

horneada a 180°, con tratamiento integral anticorrosivo.

- Movimientos de elevación de espalda hasta 70°, elevación de piernas con articulación de rodilla, regulación de altura, trendelemburg y reverso de trendelemburg (+/- 12°)
- Accionamiento eléctrico de todas las funciones. Caja central de comandos y control remoto integral con cable y ficha de fácil recambio.
- Lecho construido en estructura de acero tubular, con marco perimetral de caño 40 x 20 mm de 1,2 mm de espesor sobre el cual se colocan placas de plástico abs .
 - Sector de espalda del lecho es de material radiotransparente, lavable y resistente a las maniobras de RCP. Provisto de soporte para chasis radiográfico, que permita realizar radiografías de tórax en posición sentado.
- Cabecera y piecera desmontables de plástico abs termo formado con relleno de poliuretano inyectado y alma en estructura de acero tubular AISI 304.
- Barandas plegables en sentido descendente y escamoteables con barrotes de acero inoxidable. mecanismo de traba automática y destrabe manual de doble acción ubicado lejos del acceso del paciente.
- Conjunto de 4 ruedas de 150 mm de diámetro aproximado con rodamiento, horquilla giratoria y guarda hilo.
- Soporte para porta suero ubicable en cualquiera de los vértices de la cama. la percha para colgar los sachets de suero es de nylon con carga de fibra de vidrio y soporta hasta 4 sachets de suero de 1 litro cada uno.

Medidas:

Lecho: 85 cm x 192 cm

Extensión de piecera: 20 cm

Ancho externo con barandas: 88 cm

Largo externo: 210 cm

Altura del lecho al piso: 58 cm - 85 cm (min ¿ max)

COLCHÓN:

colchón compuesto de una placa de espuma de poliuretano de alta densidad y alta resiliencia

funda totalmente impermeable y las juntas almohada:

almohadas de relleno de fibras siliconadas

funda de PVC lavable e impermeable.

MESA DE LUZ:

Estructura construida íntegramente en placa de melanina laminada en ambas caras (Respaldo posterior de contención, piso, laterales y fondo), de 18 mm de espesor, con todos los cantos protegidos con guarda de PVC encastrados y pegados con doble aleta de protección de los filos.

Tapa superior de melanina con guarda canto perimetral de PVC.

Cajón con interior lavable deslizable sobre guías telescópicas, con tope de salida y frente de cajón con guarda cantos de PVC y herraje central metálico Cromo satín.

Con cajón, revistero y botinero

Botinero con puerta de autoajuste de melanina con guarda cantos de PVC, con



Descripcion
<p>bisagras tipo Ferrari a resorte automático, para apertura con mano izquierda o derecha mediante herraje central metálico cromo satín. Conjunto de cuatro ruedas de 55 mm de diámetro de doble pisada. Medidas Aprox: 40 Cm. por 40 Cm. por 75 Cm. (ancho por profundidad por altura) Altura total: que no supere los 77 cm.</p> <p>MESA DE COMER</p> <p>Estructura construida en acero SAE 1010 pintado con pintura epoxi, tapa superior revestido con Polímeros de alta resistencia o similar. Parte inferior realizada en caño 30 x 30 de 1.2 mm de espesor aproximadamente. Parte superior con columna telescópica, Poseer perilla para su elevación manual. Con planchuela de freno para evitar dañar el brazo telescópico. Base de fácil acceso con cuatro ruedas de 50 mm aproximado para su traslado. Garantía no menor a doce meses</p> <p>Conjunto de cuatro ruedas de 55 mm de diámetro de doble pisada. Medidas Aprox: 45 Cm. por 80 Cm. (ancho por profundidad) Altura mínima: 800 Cm Altura máxima: 110 Cm.</p>
<p>9 CAMA; Sommier completo - Box base con Colchón - Largo Por Ancho 1.90 x 1.0 M - Material Madera - Terminación Forrado en tela tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>CAMA DE PLAZA Y MEDIA TIPO SOMMIER compuesto por una estructura que soporta el colchón y puede ser de diferentes materiales y diseños.</p> <p>CARACTERISTICAS PRINCIPALES</p> <p>Tipo de Producto Sommier, Colchón y almohada Medida 100 x 190 cm. Altura Colchón 24 cm. Espuma / Resorte Resorte Superficie Jackard Matelaseado Tipo de Marco de acero perimetral con doble refuerzo Medida 100 x 190 cm. Tipo de Pata Patas de Madera Firmeza Media</p> <p>CONDICIONES PARTICULARES El equipamiento mobiliario deberá ser nuevo y sin uso. Garantía no menor de 12 meses contra todo defecto de fabricación. Servicio post venta en la zona</p>



Descripcion	
	El mobiliario se entregará con todos sus accesorios para su uso.
10	<p>ESCALERA; Material Metal - Escabel - Escalones 2 resistentes con goma antideslizante - Tramos Fijo - Desarrollo Fijo - Soporte Apoyo</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p>
11	<p>CARRO DE EMERGENCIA; Tipo Modelo CR -03 - Con 3 Cajones - Con Accesorios: Porta tubo de oxigeno, Porta tacho, Porta suero de dos ganchos</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p>
12	<p>CARRO DE MEDICACION; Tipo con ruedas - Bandejas extraíbles - 4 ruedas, 2 de ellas con freno - Medidas 90 cm x 55 cm x 110 cm (Ancho x prof x alto) - Cantidad De Cajones 5 divisorios</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p>
13	<p>CARRO MULTIPROPOSITO; Tipo Auxiliar - 1 cajón con guías deslizables - 1 plano y barandillas - Con ruedas - Medidas aprox. 600 x 400 x 850 Mm - Material Acero inoxidable</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p>
14	<p>SILLA DE RUEDAS; Tipo Apoya brazos regulable en altura, rebatibles y desmontables - Apoya pies regulables y desmontables en ángulo de apoyo - Cubiertas 60/20 cm - Asiento de lona de alta resistencia - Altura de respaldo: 40-50cm- Peso máximo del usuario 125 kg - Peso total 15 kg</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>SILLA DE RUEDAS (PLEGABLE) 150KG</p> <p>CARACTERISTICAS TECNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructura principal de material metal liviano (Acero, Aluminio), plegable reforzado. - Doble cruceta. - Apoya brazos de material liviano y resistente desmontables. - Apoya pies rebatibles de material acero cromado liviano, regulable en altura y desmontable. - Ruedas delanteras de 20 cm APROX. - Ruedas traseras de 60 cm APROX. reforzadas. - Frenos regulables tipo palanca, con mango duro de 150 mm de longitud aproximadamente, con tope de cremalleras y ajuste a cada rueda. - Ancho de asiento: 52 cm. - Profundidad de asiento: 45 cm.



Descripcion
<ul style="list-style-type: none"> - Altura de respaldo: 45 cm. - Ancho total: 67 cm. - Asiento y respaldar forrados con tapizado de color institucional, impermeable de fácil limpieza y desinfección, resistente a daños por rayos ultravioleta, hipo alérgico, antibacterial, anti gérmenes y anti hongos. De uso hospitalario. - Peso máximo que soporta: 150 kg - Garantía no menor a 12 doce meses, por defecto de fabricación. - Deberá entregar con todos sus elementos y accesorios para su correcto uso.
<p>15 CAMILLA; Tipo para transporte de pacientes, respaldo con articulacion a manivela y barandas laterales deslizables. - Ancho 0.55 Cm aprox - Largo 2.00 M aprox - Alto altura regulable - Arnese sin</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p>
<p>16 MESA PARA CIRUGIA; Tipo Mayo para instrumentación quirúrgica, de acero inoxidable AISI 304 - 4 (CUATRO) ruedas reforzadas y pestaña, altura regulable con pedal - Largo 80 Cm - Ancho 50 cm x Alto 1,30 M aprox.</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p>
<p>17 PIE DE SUERO; Material Acero Inoxidable - Ruedas Con</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p>
<p>18 SOPORTE PARA TELEVISOR/MONITOR; Tipo monitor multiparametrico - Marca Sugerida: MINDRAY UMEC 15"</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>SOPORTE DE MONITORES DE SIGNOS VITALES</p> <p>Dispositivos que permiten fijar estos monitores a paredes o carritos, facilitando su uso en entornos médicos.</p> <p>CARACTERISTICAS PRINCIPALES</p> <p>Ajuste de altura: Permite adaptar la altura del monitor a la necesidad del usuario.</p> <p>Ajuste de inclinación: Facilita la visualización del monitor desde diferentes ángulos.</p> <p>Rotación: Permite girar el monitor para facilitar el acceso a los controles y conectores.</p> <p>Capacidad de carga: Debe ser adecuada al peso del monitor específico que se desea instalar.</p> <p>Material resistente: Generalmente fabricados en aluminio o acero para garantizar la durabilidad.</p> <p>Diseño ergonómico: Considera la comodidad del usuario y facilita la manipulación del monitor.</p> <p>EL soporte deberá permitir el uso de monitores MINDRAY UMEC 15. preferentemente con canasto porta accesorios.</p>



Descripcion
<p>CARACTERISTICAS PARTICULARES</p> <p>El equipamiento deberá ser nuevo y sin uso El equipamiento deberá contar con garantía de 12 meses El equipamiento se entregará con todos sus accesorios para su uso.</p>
<p>19 SOPORTE PARA TELEVISOR/MONITOR; Tipo Fijo para Pared - Para Pantalla plana entre 32" a 40" - Reforzado - Soporte Metálico tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle-----</p>
<p>20 TANDEM; Altura Fija - Tapizado Sin - Respaldo Fijo - Apoyabrazo Si - N° De Asientos 3 - Base Metálica Cromada - Accesorio Sin - Material Chapa microperforada tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle-----</p>
<p>21 TANDEM; Altura Fija - Tapizado Sin - Respaldo Fijo - Apoyabrazo Sin - N° De Asientos 4 - Base Soporte de Hierro - Accesorio Sin - Material Chapa tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle-----</p>
<p>22 ANAFE ELECTRICO; Tipo encendido electrónico - Hornallas 2 - Material acero inoxidable - Potencia 2250 W tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle-----</p>
<p>23 BANQUETA/TABURETE; Sin Respaldo - Altura Regulable - Giratorio Si - Material Metálico - tapizado ecocuero tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle-----</p> <p>Características:</p> <p>Base de aluminio pintada negra de 490 mm de diámetro. Elevación mediante pistón de gas. Asiento de 35cm de diámetro. Asiento tapizado en tela vinílica y espuma de alta densidad. Base con 5 ruedas. Ruedas de 50mm de diámetro de doble corona. Altura mínima/máxima: 520/720mm. Sin respaldo.</p>
<p>24 TANDEM; Altura Fija - Tapizado Cuero ecológico - Respaldo Fijo - Apoyabrazo Con - N° De Asientos 2 - Base Metálica - Accesorio Regatones Regulables - Material Acero tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle-----</p>



Descripcion
<p>25 MESA DE REUNION; Superficie Apoyo Aglomerado - Terminación Laminado Plastico - Dimensión Del Plano De Apoyo 150 X 100 X 74 Cm - Base Metalica - Capacidad 4 Personas - Material Aglomerado tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle-----</p>
<p>26 CAMILLA; Tipo camilla para transporte - cadaveres - Ancho 0.60 M - Largo 1.90 M - Alto 0.85 M - Arnese sin Un tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle----- Especificación técnica: Lecho en chapa de acero inoxidable AISI 304, pulido sanitario. Juego de dos (2) barandas volcables, fijas a la camilla, de acero SAE 1010. Manija de empuje facilitando el traslado. Ruedas de 125 mm de diámetro de giro libre, con rulemanesy guardahilos, dos (2) con freno y 2 (dos) sin freno. Estructura general de la camilla en acero SAE 1010. Terminación general: Pintura epoxi horneable electrostática curada a 220° con tratamiento antioxido. Resistencia adquirida: Química ante la limpieza y desinfección, además de resistencia mecánica ante la manipulación. Medidas aprox: 1,85 largo final x 0,60 ancho (lecho), 0,68 ancho final (con barandas incluidas) x 0,78 alto mts.</p>
<p>27 SILLA DE RUEDAS; Tipo a medida para paciente obeso confeccionada en acero, plegable con doble cruceta ruedas traseras inflables, apoya brazos tipo escritorio desmontables, apoya pies, desmontables, rebatibles, respaldo fijo a 90°, frenos posteriores, comando bimanual. Modelo 7 - Silla para personas con sobrepeso excesivo tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle-----</p>
<p>28 TACHO DE RESIDUOS; Material Plastico - Sección Circular - Dimensión 100 L - Tapa Con - Marca Sugerida: 5 (cinco) tachos de color rojo - 5 (cinco) tachos de color verde tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle-----</p>
<p>29 SILLA; Material Estructura Metal - Tapizado Cuerina - Patas Fijas - Cantidad Patas 4 - Altura Fija - Giratoria No - Apoyabrazo Con - Respaldo Fijo - Asiento Cuerina tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p>



Descripcion
-----Detalle-----
30 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Cirugía General - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm - Componentes 48 tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0
-----Detalle-----
LA CAJA DE CIRUGÍA GENERAL DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:
-1 (UNO) Bowl chico de acero inoxidable de 160 ml y 8.3 x 5.4 x 4.1 cm (arriba x abajo x altura)
-1 (UN) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aprox.
-1 (UN) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aprox.
-1 (UNA) Pinza Pean de 18 cm de longitud.
-1 (UNA) Tijera Mayo curva de 14 cm aproximadamente
-1 (UNA) Tijera Mayo recta de 17 cm aproximadamente.
-1 (UNA) Tijera Metzembraum, curva de 15 cm de longitud.
-1 (UNA) Tijera Metzembraum, curva de 20 cm de longitud.
-1 (UNA) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar, de 15 cm de longitud.
-1 (UNA) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar, de 20 cm de longitud.
-4 (CUATRO) Pinzas de primer campo Backaus de 14 cm de longitud.
-2 (DOS) Pinzas de segundo campo Doyen de 18 cm aproximadamente.
-1 (UNA) Pinza doble utilidad de 18 cm de longitud.
-1 (UNA) Pinza Collins de 16 cm de longitud.
-2 (DOS) Pinzas Foerster curva, estriada de 25 cm de longitud.
-6 (SEIS) Pinzas Halsted, curva de 19 cm de longitud.



Descripcion

- 3 (TRES) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.
- 4 (CUATRO) Pinzas Kocher recta, de 16 cm aproximadamente.
- 4 (CUATRO) Pinzas Kocher curva, de 16 cm aproximadamente.
- 4 (CUATRO) Pinzas Allis de 16 cm de longitud.
- 1 (UNA) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.
- 1 (UNA) Pinza de disección con dientes de ratón de 16 cm de longitud.
- 1 (UNA) Pinza de disección lisa de 20 cm de longitud.
- 1 (UN) Par de separadores anchos.
- 1 (UN) Par de separadores angostos de 150 mm (24 x 16 mm).
- 1 (UN) Separador autoestático Weitlaner.
- 1 (UNA) Cánula de aspiración curva de 23 cm de longitud aproximadamente.
- 1 (UN) Separador autoestático de Gelpi.
- 2 (DOS) Valvas de Doyen anchura 35 mm y 90 mm de longitud.
- 1 (UN) Separador autoestático de Balfour con valva suprapúbica.
- 1 (UNA) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con filtros y portafiltros autoclavable de 600 mm (Largo) x 280 mm (Ancho) x 200 mm (Alto) aprox.

31 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Laparotomía - Cirugía General - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm - Componentes 59

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0

-----Detalle-----

LA CAJA DE LAPAROTOMIA DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:

- 1 (UN) Bowl chico de acero inoxidable.



Descripcion
-1 (UN) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aprox.
-1 (UN) Mango de bisturí N° 3 largo para hojas intercambiables, 21 cm de longitud aprox.
-1 (UNA) Pinza Pean, de 18 cm de longitud.
-1 (UNA) Tijera Mayo curva de 14 cm aproximadamente.
-1 (UNA) Tijera Mayo recta de 17 cm aproximadamente.
-1 (UNA) Tijera Metzembraum, curva de 20 cm de longitud.
-2 (DOS) Pinzas Portaagujas Mayo-Hegar, de 16 cm de longitud.
-2 (DOS) Pinzas Gregoire, de 16 cm aproximadamente.
-2 (DOS) Pinzas Clamp intestinal de Doyen curvo, de 18 cm de longitud.
-2 (DOS) Pinzas Clamp intestinal de Doyen recto, de 18 cm de longitud.
-4 (CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.
-1 (UNA) Pinza doble utilidad de 18 cm de longitud.
-1 (UNA) Pinza Collins de 16 cm de longitud.
-2 (DOS) Pinzas Foester curva, estriada de 25 cm de longitud.
-8 (OCHO) Pinzas Halsted, curva de 19 cm de longitud.
-3 (TRES) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.
-4 (CUATRO) Pinzas kocher,recta, de 16 cm aproximadamente.
-4 (CUATRO) Pinzas kocher,curva, de 16 cm aproximadamente.
-4 (CUATRO) Pinzas Allis de 16 cm de longitud.
-1 (UNA) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.
-1 (UNA) Pinza de disección con dientes de ratón de 16 cm de longitud.
-1 (UNA) Pinza de disección lisa de 20 cm de longitud.
-1 (UN) Par de separadores anchos.



Descripcion

- 1 (UN) Par de separadores angostos.
- 1 (UNA) Cánula de aspiración curva de 23 cm de longitud aproximadamente.
- 1 (UN) Separador autoestatico de Gelpi.
- 1 (UN) Separador intercostal de Finochetto.
- 2 (DOS) Anoscopio media caña mediano.
- 2 (DOS) Anoscopio media caña chico.
- 2 (DOS) Valva de Doyen anchura 35 mm y 90 mm de longitud.
- 1 (UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa , con filtros y portafiltros autoclavable, 40x30x10 de alto aprox.

32 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Traqueostomía - Cirugía General - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm - Componentes 72

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0

-----Detalle-----
LA CAJA DE TRAQUEOSTOMIA DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:

- 1 (UN) Bowl chico de acero inoxidable.
- 1 (UN) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aprox.
- 1 (UN) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aprox.
- 1 (UN) Par de separadores angostos 125 mm (32 x 12 mm).
- 1 (UN) Dilatador Traqueal Laborde de 3 ramas.
- 2 (DOS) Separadores Gancho de Gilles.
- 1 (UNA) Cánula de aspiración Frazier.
- 1 (UNA) Cánula de aspiración Adson.



	Descripcion
	-1 (UN) Estilete.
	-1 (UNA) Sonda Acanalada.
	-1 (UNA) Pinza de disección lisa de 20 cm de longitud.
	-1 (UN) Par de separadores Senn- Miller de 3 dientes romos de 16 cm de longitud.
	-1 (UN) Par de separadores Volkman de 2 dientes romos de 22 cm de longitud.
	-1 (UNA) Pinza de disección con dientes de ratón de 16 cm de longitud.
	-1 (UNA) Pinza de disección lisa de 16 cm de longitud.
	-2 (DOS) Pinzas Allis de 18 cm de longitud.
	-1 (UNA) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.
	-2 (DOS) Pinzas Lahey de 15 cm de longitud.
	-3 (TRES) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.
	-6 (SEIS) Pinzas Crile, recta de 14 cm de longitud.
	-6 (SEIS) Pinzas Bertola, curva de 18 cm de longitud.
	-3 (TRES) Pinzas Halsted, curva de 12,5 cm de longitud.
	-6 (SEIS) Pinzas Halsted, recta de 12,5 cm de longitud.
	-3 (TRES) Pinzas kocher, curva de 14 cm de longitud.
	-6 (SEIS) Pinzas kocher, recta de 14 cm de longitud.
	-3 (TRES) Pinzas kocher, recta de 18 cm de longitud.
	-3 (TRES) Pinzas kocher, curva de 18 cm de longitud.
	-2 (DOS) Pinzas Lahey de 15 cm aproximadamente.
	-4 (CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.
	-1 (UNA) Pinza Pean, de 16 cm de longitud.
	-1 (UNA) Pinza Portaagujas de Finochetto de 16 cm de longitud.
	-1 (UNA) Pinza Portaagujas Mayo Hegar de 20 cm de longitud.



Descripcion

- 1 (UNA) Tijera Metzembraum, curva de 20 cm de longitud.
- 1 (UNA) Tijera Mayo recta de 15 cm aproximadamente.
- 1 (UNA) Tijera Mayo curva de 15 cm aproximadamente.
- 1 (UNA) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con filtros y portafiltros autoclavable, 300 mm (Largo) x 280 mm (Ancho) x 120 mm (Alto) aprox.

33 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Drenaje Pleural - Cirugía General - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm - Componentes 21

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0

-----Detalle-----
CADA CAJA PARA DRENAJE PLEURAL DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:

- 1 (UN) Bowl chico de acero inoxidable.
- 1 (UN) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aprox.
- 1 (UN) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aprox.
- 1 (UN) Par de separadores angostos de 150 mm (28 x 16 mm).
- 1 (UNA) Pinza de disección con dientes de ratón de 16 cm de longitud.
- 1 (UNA) Pinza de disección lisa de 16 cm de longitud.
- 1 (UNA) Pinza Halsted, curva de 16 cm de longitud.
- 1 (UNA) Pinza Bertola, curva de 20 cm de longitud.
- 1 (UNA) Pinza Halsted, recta de 16 cm de longitud.
- 2 (DOS) Pinzas kocher, curva de 18 cm de longitud.
- 1 (UNA) Pinza kocher, recta de 16 cm de longitud.



Descripcion
<p>-1 (UNA) Pinza Pean,de 16 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNA) Pinza Portaagujas, de 16 cm de longitud.</p> <p>-4 (CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.</p> <p>-1 (UN) Estilete.</p> <p>-1 (UNA) Sonda Acanalada.</p> <p>-1 (UNA) Tijera Metzemaum, curva de 18 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNA) Tijera Mayo recta de 16 cm aproximadamente.</p> <p>-1 (UNA) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con filtros y portafiltros autoclavable, 300 mm (Largo) x 280 mm (Ancho) x 200 mm (Alto) aprox.</p>
<p>34 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Clamp - Cirugía General - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 27</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>LA CAJA DE CLAMP DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:</p> <p>-4 (CUATRO) Pinzas Clamp Vascular Ferguson (diferentes curvaturas y medidas).</p> <p>-4 (CUATRO) Pinzas Clamp Vascular Serrucho (diferentes curvaturas y medidas).</p> <p>-4 (CUATRO) Pinzas Clamp Vascular Satinsky de 18 y 27 cm de longitud aprox.</p> <p>-3 (TRES) Pinzas Clamp Bull Dogs (diferentes curvaturas y medidas).</p> <p>-1 (UNA) Caja contenedora con tapa cribada,con cesta con manijas sin tapa, con filtros y portafiltros autoclavable, 40x30x10 cm de alto aprox.</p>
<p>35 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de instrumental laparoscópico - Cirugía General y Ginecología - Material Acero Inoxidable Quirúrgico cubierto de vaina aislante - Caja contenedora de plástico para esterilización y almacenamiento de 10 a 15 instrumentos y</p>



Descripcion

para guarda de al menos 6 trócares; conteniendo Instrumental Quirúrgico laparoscópico, con componentes desmontables para su correcto reprocesamiento. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Karl Storz - Componentes 36 aproximadamente

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0

-----Detalle-----

CADA CAJA DE INSTRUMENTAL PARA LAPAROSCOPIA DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:

-1 (UNA) Caja contenedora de plástico para esterilización y almacenamiento de 10 a 15 instrumentos y para guarda de al menos 6 trócares; conteniendo Instrumental Quirúrgico laparoscópico, con componentes desmontables para su correcta reprocesamiento). Medidas aproximadas 60 cm (largo) x 28 cm (ancho) y 20 cm (alto). Se sugiere y tendrá en cuenta la oferta de doble piso.

-2 (DOS) Cable de Luz de Fibra óptica, con conexión recta, termorresistente, elevada transmisión de luz, con cierre de seguridad, 4,8 mm, longitud 300 cm, Tipo Karl Storz 495NCSC.

-1 (UNA) Óptica de visión foroblicua panorámica Hopkins II de 30° con 10 mm diámetro y 31 cm longitud autoclavable. Tipo Karl Storz 26003BA

- 2 (DOS) Trócar de 6 mm de diámetro, de 10,5 cm de largo, válvula multifuncional (para abrir automáticamente) con mandril de punta piramidal, camisa de punta oblicua y llave para insuflación tipo Karl Storz 30160 MP.

-2 (DOS) Trócar de 11 mm de diámetro, de 10,5 cm de largo, válvula multifuncional (para abrir automáticamente) con mandril de punta piramidal, camisa de punta oblicua y llave para insuflación tipo Karl Storz 30103 H2.

-5 (CINCO) Reten o tapones de estanqueidad de 11 mm Tipo Storz 30100XB

-5 (CINCO) Reten o tapón de estanqueidad de 6 mm para instrumental Karl Storz.

-1 (UNA) Aguja de Veress para neumoperitoneo con cánula interior roma de resorte con carga de muelle, cierre Luer-lock longitud 13 cm tipo Karl Storz 26120 JL -

-1 (UNA) Aguja de Veress para neumoperitoneo con cánula interior roma de resorte con carga de muelle, cierre Luer-lock longitud 15 cm. Tipo Karl Storz 26120JLL.

-1 (UNA) Cánula o camisa de reducción/extracción reutilizable, de 11 a 5 mm, se adjudicará la misma marca que los trócares de 11 y 6 mm. Tipo Storz Cód. 30140DB

-1 (UNA) Cánula de reducción 11/5 con acople al trocar (reductor sombrerito). Tipo Storz Cód. 30141DB. Se adjudicará la misma marca que los trócares de 11 y 6 mm.



Descripcion

-1 (UN) Juego de mangueras siliconadas para realización de neumoperitoneo, con adaptador LUER- lock para Endoflator.

-1 (UN) Electrodo de coagulación y disección, con conexión para coagulación unipolar sin canal de aspiración. En forma de L, angulado 90°, antirreflex. Tamaño 5 mm diámetro, longitud 36 cm, Tipo Karl Storz 26775UF - Debe incluir su correspondiente cable monopolar.

-2 (DOS) Cable de alta frecuencia monopolar de 300 cm de longitud con enchufe de 4 mm para modelos antiguos tipo Karl Storz 26002M.

-1 (UN) Tubo de aspiración e irrigación para manejo con una sola mano, con comando y rosca para tubo de aspiración de 10 y 5 mm, longitud 36 cm. tipo Karl Storz 26173 BN.

-1 (UNA) Pinza bipolar Robi completa reutilizable, desmontable, para coagulación bipolar. Compuesto de mango, vaina exterior, vaina interior e inserto de trabajo. Longitud 33cm para utilizar con trocares tamaño 6 mm. Debe incluir su correspondiente cable bipolar. Tipo Karl Storz Tipo Karl Storz cod. 26176LA.

-2 (DOS) Inserto para pinza de agarre y disección RoBi de Kelly, de abertura bilateral apropiada para disección, tamaño 5 mm y 36 cm de longitud.

-2 (DOS) Cable de alta frecuencia bipolar de 300 cm de longitud para instrumentos bipolares. Tipo Karl Storz cod. 26176LA.

-1 (UN) Aplicador de clips, desmontables en tres partes (Inserto, Vástago y Mango axial), giratorio. Tamaño de 10 mm de diámetro y longitud de 36 cm. Con mango de metal, deberá ser apto para uso de clips de titanio Ethicon LT-300 (tamaño mediano), al incorporarse el clip se fija la mandíbula. Tipo Karl Storz 30444 ET.

-1 (UNA) Pinza para fijación de colangiografía de REDICK OLSEN con canal para catéter tipo PC100, tamaño 5 mm, longitud 27cm, tipo Storz 28378CH.

-1 (UNA) Tijera de Metzenbaum curva, diámetro de 5 mm y longitud de 36 cm, con mango plástico con conexión para la coagulación monopolar. Giratorio desmontable para su fácil limpieza en tres partes (Inserto, Vástago y Mango axial) Incluye conector para coagulación. Longitud de mordazas/mandíbula: 15 mm de doble acción. Tipo Karl Storz 34321 MS.

-1 (UNA) Pinza de agarre y disección, mandíbulas de cocodrilo, de 36 cm de longitud x 5mm, giratoria, aislada, con conexión para coagulación unipolar y mango con cremallera. Tipo Storz cód. 33322HM.

-1 (UNA) Pinza de disección y agarre de Kelly, con mango plástico con conexión monopolar giratoria desmontable para su fácil limpieza en tres partes (Inserto, Vástago y Mango axial). Tamaño de vástago 5 mm diámetro, longitud 36 cm. Incluye



Descripcion

conector para coagulación. Con mordaza/mandíbula de doble acción, con 16 mm de largo. tipo Karl Storz 33321MD.

- 1 (UNA) Pinza de agarre tipo Claw de 36 cm de longitud para utilizar con trocares de tamaño 11 mm.

-1 (UNA) Pinza de disección y agarre de 30 cm de longitud x 5 mm, giratoria, desmontable, aislada, con conexión unipolar, mango plástico con cremallera tipo Karl Storz 33223 FM (con garras 2 x 3 dientes).

-1 (UNA) Pinza de agarre CROCE OLMI, giratoria, aislada, con conexión para coagulación, unipolar atraumática, fenestrada, curvada, tamaño 5 mm de diámetro, longitud 36 cm, desarmable en tres partes. Tipo STORZ Cód: 33321 CC.

-1 (UNA) Pinza de agarre intestinal, fenestrada, con mango sin cremallera de 5mm y 36 cm de longitud. Tipo Karl Storz cód. 33321CK.

-1 (UNA) Pinza de agarre, SCHNEIDER , con mango sin cremallera de 5mm y 36 cm de longitud.

-1 (UNA) Pinza para recoger cálculos biliares de 10 mm y 36 cm de longitud, mango sin bloqueo.

-1 (UN) Anudador con extremo cerrado para realizar ligaduras de 5mm y 36 cm de longitud. Tipo Storz Cód. 26596D.

-1 (UN) Porta agujas mango recto con bloqueo desconectable a la derecha, mandíbulas rectas, para utilizar en trócares de 6 mm. Tipo Karl Storz cod. 26178KAF.

- 1 (UN) Porta agujas mango recto con bloqueo desconectable a la izquierda, mandíbulas curvadas a la derecha, para utilizar en trócares de 6 mm. Tipo Karl Storz cod. 26178KAR.

36 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Valvas - Ginecología - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 16

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0

-----Detalle-----

LA CAJA DE VALVAS Y SEPARADORES DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:

-2 (DOS) Valvas de Bresky.



Descripcion
<p>-1 (UN) Separador autoestático Balfour Grande.</p> <p>-1 (UN) Separador autoestático Balfour Mediano.</p> <p>-1 (UNA) Valva suprapúbica chica.</p> <p>-1 (UNA) Valva suprapúbica Mediana.</p> <p>-1 (UNA) Valva de peso Auvard con peso.</p> <p>-1 (UN) Separador autoestático de Gosset.</p> <p>-2 (DOS) Valvas Doyen chicas, de 60 mm aproximadamente.</p> <p>-2 (DOS) Valvas Doyen Medianas, de 90 mm aproximadamente.</p> <p>-2 (DOS) Valvas Doyen Grandes, de 120 mm aproximadamente.</p> <p>-2 (DOS) Valvas Doyen, de 160 mm aproximadamente.</p> <p>-2 (DOS) Valvas ST Marks de 330 mm aproximadamente.</p> <p>-1 (UNA) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con filtros y portafiltros autoclavable, de 600 mm (Largo) x 280 mm (Ancho) x 200 mm (Alto) aprox.</p>
<p>37 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso para Curación - Material caja de Acero inoxidable 17 x 7 x 3 cm cribada con filtro para autoclave - Componentes 1 Estilete de punta olivar - 1 Pinza de disección sin dientes 13 cm - 1 Pinza de disección con dientes 13 cm -1 Pinza Kocher recta 14-16 cm - 1 Pinza Kocher curva 14-16 cm - 1 Sonda acanalada - 1 Tijera de Mayo recta 14-16 cm - 1 Mango de Bisturí N° 4</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: -prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>CADA CAJA DE INSTRUMENTAL PARA CURACIONES DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:</p> <p>-1 (UN) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 125 mm, 5/8 tipo Aesculap cod. BB073R</p> <p>-1 (UN) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 135 mm, 5/8 tipo Aesculap cod. BB084R</p> <p>-1 (UN) Estilete de 145 mm, 5/8, tipo Aesculap cod. BN114R</p>



Descripcion
-1 (UNA) Sonda acanalada de 130 mm, 5 1/8¿ tipo Aesculap cod. BN003R
-1 (UNA) Pinza de disección con diente de ratón de 145 mm, 5 3/4¿ tipo Aesculap cod. BD557R
-1 (UNA) Pinza de disección lisa de 145 mm, 5 3/4¿ tipo Aesculap cod. BD047R
-1 (UNA) Tijeras de Mayo recta 140 mm, 5 1/2¿ tipo Aesculap cod. BC544R.
-1 (UNA) Pinza Crile recta de 140 mm, 5 1/2¿ tipo Aesculap cod. BH144R.
-1 (UNA) Pinza Crile curva de 140 mm, 5 1/2¿ tipo Aesculap cod. BH145R.
-1 (UNA) Pinza hemostática Kelly de 140 mm, 5 1/2¿ tipo Aesculap cod. BH135R.
-1 (UNA) Pinza kocher recta de 150 mm, 6¿ tipo Aesculap cod. BH630R.
-1 (UNA) Pinza Pean con cremallera de 145 mm, 5 3/4¿ tipo Aesculap cod. BF016R.
-1 (UN) Porta agujas Mayo-Hegar de 150 mm, 6¿ tipo Aesculap cod. BM235R
-1 (UNA) Caja contenedora con tapa cribada, autoclavable, 200 mm (Largo) x 140 mm (Ancho) x 70 mm (Alto) aprox.
38 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Cirugía Menor - Cirugía General - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm - Componentes 42 tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle----- CADA CAJA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA MENOR DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL: -1 (UNO) Bowls chico de acero inoxidable. -1 (UN) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aprox. - 1(UN) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aprox.



Descripcion
- 1(UNA) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.
-2 (DOS) Pinzas de disección con dientes de ratón de 16 cm de longitud.
-2 (DOS) Pinzas de disección lisa de 16 cm de longitud.
-4 (CUATRO) Pinzas Allis de 16 cm de longitud.
-1 (UNA) Pinza Doble Utilidad de 20 cm de longitud.
-1 (UNA) Pinza Foerster curva, estriada de 25 cm de longitud.
-1 (UNA) Pinza Foerster recta, estriada de 25 cm de longitud.
-3 (TRES) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.
-3 (TRES) Pinzas Halsted, curva de 19 cm de longitud.
-3 (TRES) Pinzas Halsted, recta de 14 cm de longitud.
-4 (CUATRO) Pinzas kocher, curva de 15 cm de longitud.
-2 (DOS) Pinzas kocher, recta de 16 cm de longitud.
-2 (DOS) Pinzas kocher, recta de 14 cm de longitud.
-1 (UNA) Pinza Pean de 14 cm de longitud.
-2 (DOS) Pinzas Porta agujas, de 16 cm de longitud.
-4 (CUATRO) Pinzas de primer campo o Backhaus de 14 cm de longitud.
-2 (DOS) Pinzas de segundo campo o Doyen.
-1 (UN) Par de separadores anchos.
-1 (UN) Par de separadores angostos.
-1 (UNA) Tijera Metzenbaum, curva de 15 cm de longitud.
-1 (UNA) Tijera Mayo recta de 16 cm aproximadamente.
39 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Cirugías Pediátricas - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora anonizada para esterilización/autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico apto para autoclave - Componentes 24 aproximadamente



Descripcion

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0

-----Detalle-----

LA CAJA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA PEDIATRICA DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:

-1 (UN) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 125 mm, 5/8; tipo Aesculap cod. BB073R

-1 (UN) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 135 mm, 5/8; tipo Aesculap cod. BB084R

-1 (UN) Estilete de 145 mm, 5/8, tipo Aesculap cod. BN114R

-1 (UNA) Sonda acanalada de 130 mm, 5 1/8; tipo Aesculap cod. BN003R

-1 (UNA) Pinza Adson con dientes delicada tipo Aesculap cod. BD512R

-1 (UNA) Pinza Adson sin dientes delicada tipo Aesculap cod. BD222R

-1 (UNA) Tijeras de Mayo recta 140 mm, 5/8; tipo Aesculap cod. BC544R.

-1 (UNA) Tijera de disección Metzenbaum curva 145 mm x 5,5 tipo Aesculap cod. BC259W.

-2 (DOS) Pinza Halsted recta de 125 mm, 5/8; tipo Aesculap cod. BH110R.

-2 (DOS) Pinza Halsted curva de 125 mm, 5/8; tipo Aesculap cod. BH111R.

-1 (UNA) Pinza hemostática Kelly de 140 mm, 5/8; tipo Aesculap cod. BH135R.

-1 (UNA) Pinza kocher recta de 125 mm, 5/8; tipo Aesculap cod. BH120R.

-1 (UNA) Pinza kocher curva de 125 mm, 5/8; tipo Aesculap cod. BH121R.

-2 (DOS) Pinza Baby-Allis recta de 130 mm, 5/8 1/8 tipo Aesculap cod. EA012R.

-1 (UNA) Pinza Pean con cremallera de 145 mm, 5/8; tipo Aesculap cod. BF016R.

-1 (UN) Porta agujas Mayo-Hegar de 150 mm, 6/8; tipo Aesculap cod. BM235R

-1(UN) Par de separadores angostos Farabeuf 22x10 mm tipo Aesculap cod.BT020R

-4 (CUATRO) Pinza de campo 110 mm tipo Aesculap cod. BF 432R 4 3/8

-1(UNA) Caja contenedora con tapa cribada, autoclavable, 200 mm (Largo) x 140 mm



Descripcion
(Ancho) x 70 mm (Alto) aprox.
<p>40 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Traumatología - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 98</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>LA CAJA DE INSTRUMENTAL GENERAL DE TRAUMATOLOGÍA DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:</p> <ul style="list-style-type: none">-1 (UNO) Legra de Lambotte de 21 cm y 5 mm.-1 (UNA) Pinza de hueso / REPOSITION FORCEPS FOR SMALL FRAGMENTS/ 170 mm. Tipo aesculap. Cod. FO116R.-1 (UNA) Legra de Lambotte de 21 cm y 10 mm.-1 (UNAO) Legra de Caspar de 18 cm aprox. Tipo Aesculap Cod. FK 329.-2 (DOS) Pinzas hemostáticas halsted Curva de 18 Cm aprox.-2 (DOS) Elevadores de hueso/ BONE LEVER/ 6,0 mm wide - Tipo Aesculap Cod. FK117R-1 (PAR) Separador de Senn Miller de 16,5 cm-1 (UNA) Pinza de hueso / REPOSITION FORCEPS FOR SMALL FRAGMENTS/ 135 mm. Tipo Aesculap Cod. FO115R-2 (DOS) Elevadores de hueso/ bpne lever/10 mm wide. Tipo Aesculap. Cod. FK170R.-4 (CUATRO) Pinzas hemostáticas Halsted Curva de 12,5 cm aproximadamente.-4 (CUATRO) Pinzas de cirugía Kocher Curva de 14 cm aproximadamente.-1 (UNA) Pinza Gubia para hueso Marquardt. Tipo Aesculap Cod. FO520R.-1 (UNA) Pinza Gubia para hueso Bohler. Tipo Aesculap Cod. FO500R.-1 (UNA) Pinza Gubia para hueso Olivecrona, curva. Tipo Aesculap Cod. FO470R.



Descripcion
-1 (UNA) Pinza cizalla Listón articulada, Recta de 14 cm aproximadamente.
-1 (UNA) Cizalla Bohler de 15 cm 6 mm.
-1 (UNA) Pinza cizalla Liston curva, de 20 cm aproximadamente.
-1 (UNA) Cureta de Bruns de 3 mm y 17 cm aprox. Tipo Aesculap Cod. FK 611.
-1 (UNA) Cureta de Bruns de 4 mm y 17 cm aprox. Tipo Aesculap Cod. FK612.
-1 (UNA) Cureta de Bruns de 5 mm y 17 cm aprox. Tipo Aesculap Cod. FK613
-1 (UN) Osteotomo de Lambotte / 6 mm wide / 125 mm.Tipo Aesculap. Cod. FL102R.
-1 (UN) Osteotomo de Lambotte / 8 mm wide / 125 mm. Tipo Aesculap Cod. FL104R
-1 (UN) Osteotomo de Lambotte / 10 mm wide / 125 mm. Tipo Aesculap. Cod. FL106R
-1 (UNO) Martillo de 165 grs,19 cm aproximadamente.Tipo Aesculap Cod DF114.
-1 (UNO) Martillo /HEAD DIAMETER 42 mm/250 mm. Tipo Aesculap. Cod. FL010.
-1 (UNO) Osteotomo de Freer de 4 mm 160 mm.Tipo Aesculap. Cod. OL311R
-1 (UNO) Davier Verbrugge, autocentrante de 175 mm. Tipo Aesculap Cod. FO180R
-1 (UNA) Pinza Davier con cierre de rosca de 17 cm aprox. Tipo Aesculap Cod. FO124R.
-1 (UNO) Davier Semb Lambotte 20 cm.
-1 (UNO) Punta cuadrada para realizar primera muesca en tejido óseo, de acero qco.
-1 (UNO) Pinza gubia de 14 cm de longitud.
-1 (UNO) Legra Farabeuf curva, de 14 cm de longitud.
-1 (UNO) Cureta de Volkmann, de 17 cm de longitud.
-2 (DOS) Mangos de Sierra de Gigli.
-6 (SEIS) Sierra para Gigli.
-2 (DOS) Lima doble para hueso.
-1 (UNO) Cizalla Ruskin-Liston de 16 cm de longitud.
-1 (UNO) Contenedor de Instrumental Autoclavable con tapa y filtro de 600 mm (Largo)



Descripcion
x 280 mm (Ancho) x 250 mm (Alto) aprox.
<p>41 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Cesárea - Ginecología - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 41</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>CADA CAJA DE INSTRUMENTAL PARA CESÁREA DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:</p> <ul style="list-style-type: none">-1 (UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aproximadamente.-1 (UNO) Valva de Suprapúbica de 70 x 85 mm de longitud.-4 (CUATRO) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.-1 (UNO) Cánula de aspiración recta de 23 cm de longitud aproximadamente.-1 (UNO) Pinza Allis de 20 cm de longitud.-4 (CUATRO) Pinza Collins de 16 cm de longitud.-4 (CUATRO) Pinzas de primer campo o Backhaus de 14 cm de longitud.-2 (DOS) Pinzas de segundo campo o Doyen.-1 (UNO) Pinza Foerster curva, estriada de 25 cm de longitud.-1 (UNO) Pinza Foerster recta, estriada de 25 cm de longitud.-6 (SEIS) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.-6 (SEIS) Pinza Kocher recta, de 16 cm aproximadamente.-2 (DOS) Pinza Kocher curva, de 16 cm aproximadamente.-2 (DOS) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar de 20 cm de longitud.-1 (UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de 16 cm de longitud.



Descripcion
<p>-1 (UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de 20 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Pinza de disección con dientecillos de Brown de 20 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Par de separadores anchos.</p> <p>-1 (UNO) Par de separadores angostos.</p> <p>-1 (UNO) Tijera Mayo recta de 15 cm aproximadamente.</p> <p>-1 (UNO) Tijera Mayo curva de 15 cm aproximadamente.</p> <p>-1 (UNO) Tijera Metzenbaum, curva de 15 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Tijera Metzenbaum, curva de 18 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Pinza Pean, de 16 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Bowl chico de acero inoxidable.</p> <p>-1 (UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con filtros y portafiltros autoclavable de 500 mm (Largo) x 280 mm (Ancho) x 200 mm (Alto) aprox.</p>
<p>42 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Legrado - Ginecología - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 28</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: -prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>CADA CAJA DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:</p> <p>-1 (UNO) Especulo Collin Vaginal grande 110 x 40 mm.</p> <p>-1 (UNO) Especulo Collin Vaginal mediano 100 x 35 mm.</p> <p>-1 (UNO) Especulo Collin Vaginal chico.</p> <p>-1 (JUEGO X 14) Bujias Hegar para dilatación de cuello uterino.</p>



Descripcion
<p>-1 (UNO) Cureta Recamier N 1 DE 8.5 mm.</p> <p>-1 (UNO) Cureta Recamier N 3 DE 12 mm.</p> <p>-1 (UNO) Cureta Recamier N 5 DE 15 mm.</p> <p>-1 (UNO) Histerómetro graduado Sims de 32 cm.</p> <p>-1 (UNO) Pinza Maier o Pean Uterina, de 25 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Pinza de Biopsia Schubert de 26 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Pinza para restos, recta de 28 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Cureta de Pinard de 27 cm de longitud.</p> <p>-2 (DOS) Pinza Erina O Pozzi recta de 25 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa , con filtros y portafiltros autoclavable de 470 mm (Largo) x 280 mm (Ancho) x 120 mm (Alto) aprox.</p>
<p>43 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía Ginecológica - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 131</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>CADA CAJA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA GINECOLOGICA DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:</p> <p>-2 (DOS) Bowl chico de acero inoxidable.</p> <p>-1 (UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aproximadamente.</p> <p>-1 (UNO) Par de separadores anchos.</p> <p>-1 (UNO) Par de separadores angostos.</p>



	Descripcion
	-1 (UNO) Valva Doyen Chica de 45x55 mm.
	-1 (UNO) Valva Doyen Mediana de 45x85 mm.
	-1 (UNO) Valva Doyen Grande de 45x115 mm.
	-1 (UNO) Aguja de Deschamps Derecha.
	-1 (UNO) Aguja de Deschamps Izquierda.
	-1 (UNO) Histerómetro graduado Sims de 32 cm.
	-1 (UNO) Tirabuzón Doyen para giecología de 17 cm.
	-1 (UNO) Valva Aubart con Pesa , desarmable.
	-2 (DOS) Valva de Bresky de 130 mm.
	-2 (DOS) Valva de Maleable de 2 cm x 31 cm.
	-2 (DOS) Valva de Maleable de 3 cm x 31 cm.
	-4 (CUATRO) Pinzas Allis de 18 cm de longitud.
	-4 (CUATRO) Pinza Collins de 16 cm de longitud.
	-6 (SEIS) Pinzas de primer campo o Backaus de 11 cm de longitud.
	-1 (UNO) Pinza Clamps Doyen, recta de 23 cm de longitud.
	-1 (UNO) Pinza Clamps Doyen, curva de 23 cm de longitud.
	-12 (DOCE) Pinzas Crille curva de 14 cm de longitud.
	-4 (CUATRO) Pinza Duval de 20 cm de longitud.
	-10 (DIEZ) Pinzas Faure curva, de 20 cm de longitud.
	-2 (DOS) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.
	-2 (DOS) Pinza Gregoire, de 25 cm de longitud.
	-1 (UNO) Pinza Doble Utilidad de 20 cm de longitud.
	-1 (UNO) Pinza Doble Utilidad de 24 cm de longitud.
	-4 (CUATRO) Pinza kocher recta, de 14 cm aproximadamente.



Descripcion

- 4 (CUATRO) Pinza kocher recta, de 20 cm aproximadamente.
- 6 (SEIS) Pinza kocher curva, de 14 cm aproximadamente.
- 4 (CUATRO) Pinza kocher, recta de 18 cm de longitud.
- 2 (DOS) Pinza Maier Uterina, recta de 25 cm de longitud.
- 2 (DOS) Pinzas Museaux de 24 cm de longitud.
- 2 (DOS) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar, de 20 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar, de 25 cm de longitud.
- 2 (DOS) Pinza Erina O Pozzi recta de 25 cm de longitud.
- 2 (DOS) Pinzas Clamps Wertheim-Cullen 21,5 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de 16 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de 20 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza de disección con dientecillos de Brown de 20 cm de longitud.
- 2 (DOS) Pinza de disección lisa de 16 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza de disección lisa de 20 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.
- 1 (UNO) Tijera Mayo recta de 15 cm aproximadamente.
- 1 (UNO) Tijera Mayo curva de 15 cm aproximadamente.
- 1 (UNO) Tijera Metzenbaum, curva de 20 cm de longitud.
- 1 (UNO) Tijera Metzenbaum, curva de 15 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza Histerolabo de 26 cm de longitud.
- 1 (UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con filtros y portafiltros autoclavable, de 600 mm (Largo) x 280 mm (Ancho) x 200 mm (Alto) aprox.



Descripcion	
44	CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Canalización pediátrica - Material Acero inoxidable quirúrgico - Componentes varios tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle----- LA CAJA PARA CANALIZACION DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL: -1 (UN) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 125 mm, 5¿ tipo Aesculap cod. BB073R -1 (UN) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 135 mm, 5 ¼¿ tipo Aesculap cod. BB084R -1 (UN) Estilete de 145 mm, 5 ¼, tipo Aesculap cod. BN114R -1 (UNA) Sonda acanalada de 130 mm, 5 1/8¿ tipo Aesculap cod. BN003R -1 (UNA) Pinza Adson con dientes delicada tipo Aesculap cod. BD512R -1 (UNA) Pinza Adson sin dientes delicada tipo Aesculap cod. BD222R -2 (DOS) Pinza de disección con dientes de ratón 110 mm, tipo Aesculap cod. BD502R -2 (DOS) Pinza de disección lisa de 16 cm de longitud. -1 (UNA) Tijeras de Mayo recta 140 mm, 5 ½¿ tipo Aesculap cod. BC544R. -1 (UNA) Tijera Spencer 90 mm, 3 ½¿ tipo Aesculap cod. BC801R -1 (UNA) Tijera Iris recta de 105 mm, 4 1/8¿ tipo Aesculap cod. BC060R -2 (DOS) Pinza Halsted recta de 125 mm, 5¿ tipo Aesculap cod. BH110R. -1 (UNA) Pinza hemostática Kelly de 140 mm, 5 ½¿ tipo Aesculap cod. BH135R. -1 (UNA) Pinza kocher recta de 125 mm, 5¿ tipo Aesculap cod. BH120R. -1 (UNA) Pinza Pean con cremallera de 145 mm, 5 ¼¿ tipo Aesculap cod. BF016R. -1 (UN) Porta agujas Mayo-Hegar de 150 mm, 6¿ tipo Aesculap cod. BM235R -1 (UN) separador Weitlaner agudo 195 mm, 7 ¼¿ tipo Aesculap cod. BV200R -1 (UN) Par de separadores angostos 11 x 4 mm tipo Aesculap cod. BT012R -1 (UNA) Caja contenedora con tapa cribada, autoclavable, 200 mm (Largo) x 140 mm (Ancho) x 70 mm (Alto) aprox.



Descripcion

45 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso para Atención de Partos - Material Caja de Acero inoxidable AISI 304 18/8, cribadas con filtro para autoclave de 20 x 8 x 4 cm - Componentes 1 pinza Kocher 14-16 cm - 1 pinza Foerster 14-16 cm - 1 pinza porta agujas 14-16 cm - 1 pinza disección sin diente de ratón 13 cm - 1 pinza Pean 14-16 cm - 1 tijera tipo Mayo recta 14-16 cm - 1 tijera Mayo curva 14-16 cm

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0

-----Detalle-----
CADA CAJA DE INSTRUMENTAL PARA PARTOS DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:

- 1 (UN) Bowl chico de acero inoxidable.
- 1 (UNA) Pinza Pean de 16 cm de longitud.
- 1 (UN) Mango de bisturí N° 4 corto, 14 cm de longitud.
- 1 (UNA) Tijera Metzenbaum, curva de 18 cm de longitud.
- 4 (CUATRO) Pinzas kocher, recta de 18 cm de longitud.
- 1 (UNA) Pinza Portaagujas Mayo Hegar, de 20 cm de longitud.
- 1 (UNA) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.
- 1 (UNA) Pinza de disección lisa de 16 cm de longitud.
- 1 (UNA) Pinza de disección lisa de 20 cm de longitud.
- 1 (UNA) Tijera Mayo recta de 17 cm aproximadamente.
- 10 (DIEZ) Pinzas Beacham Amniotomo 24 cm
- 1 (UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa , con filtros y portafiltros autoclavable 470 mm (Largo) x 280 mm (Ancho) x 120 mm (Alto) aprox.

46 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Cuello Uterino - Ginecología - Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Componentes 34

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0



Descripcion

-----Detalle-----

CADA CAJA DE INSTRUMENTAL PARA PROCEDIMIENTOS EN CUELLO UTERINO DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:

- 1 (UNO) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.
- 1 (UNO) Especulo Collin Vaginal grande.
- 1 (UNO) Especulo Collin Vaginal mediano.
- 1 (UNO) Especulo Collin Vaginal chico.
- 1 (UNO) Histerómetro.
- 1 (JUEGO X 14) Bujías Hegar para dilatación de cuello uterino.
- 2 (DOS) Pinza Erina O Pozzi recta de 27 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza de disección con diente de Brown de 20 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza para restos recta de 24 cm de longitud.
- 2 (DOS) Pinza Foerster curva, estriada de 25 cm de longitud.
- 2 (DOS) Pinza Kocher recta, de 16 cm aproximadamente.
- 1 (UNO) Pinza Pean de 27 cm de longitud.
- 2 (DOS) Pinza Portaagujas, de 27 cm de longitud.
- 1 (UNO) Tijera Metzenbaum, curva de 20 cm de longitud.
- 1 (UNO) Tijera Mayo recta de 25 cm aproximadamente.
- 2 (DOS) Valvas de Bresky.
- 1 (UNO) Bowl chico de acero inoxidable.
- 1 (UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con filtros y portafiltros autoclavable, 470 mm (Largo) x 280 mm (Ancho) x 120 mm (Alto) aprox.

47 CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso caja de cirugía mayor - cirugía general - Material acero inoxidable quirúrgico - Componentes 45 unidades aprox.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0

-----Detalle-----



Descripcion

CADA CAJA DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA MAYOR DEBE CONTENER EL SIGUIENTE INSTRUMENTAL:

- 1 (UN) Bowl chico de acero inoxidable.
- 1 (UN) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aprox.
- 1 (UN) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud aprox.
- 1 (UNO) Pinza Pean de 18 cm de longitud.
- 1 (UNO) Tijera Mayo curva de 14 cm aproximadamente.
- 1 (UNO) Tijera Mayo recta de 17 cm aproximadamente.
- 1 (UNO) Tijera Metzenbaum, curva de 15 cm de longitud.
- 1 (UNO) Tijera Metzenbaum, curva de 20 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar, de 15 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar, de 20 cm de longitud.
- 4 (CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.
- 2 (DOS) Pinzas de segundo campo Doyen de 18 cm aproximadamente.
- 1 (UNO) Pinza doble utilidad de 18 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza Collins de 16 cm de longitud.
- 2 (DOS) Pinza Foerster curva, estriada de 25 cm de longitud.
- 4 (CUATRO) Pinzas Halsted, curva de 19 cm de longitud.
- 3 (TRES) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.
- 4 (CUATRO) Pinza kocher recta, de 16 cm aproximadamente.
- 2 (DOS) Pinza kocher, curva, de 16 cm aproximadamente.
- 4 (CUATRO) Pinzas Allis de 16 cm de longitud.
- 1 (UNO) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.



Descripcion
<p>-1 (UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de 16 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Pinza de disección lisa de 20 cm de longitud.</p> <p>-1 (UNO) Par de separadores anchos.</p> <p>-1 (UNO) Par de separadores angostos.</p> <p>-1 (UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con filtros y portafiltros autoclavable de 600 mm (Largo) x 280 mm (Ancho) x 200 mm (Alto) aprox.</p>
<p>48 PERCHERO; Soporte Pared - Material Metal - Gancho 5 tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle-----</p>
<p>49 ESTANTERIA; Material acero inoxidable - Dimensión 0.90x0.45 M - Altura 1.80 M - Estantes 5 - Capacidad Por Estante 100 Kg tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 -----Detalle----- ESTANTERÍA PARA USO EN SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN PARA ALMACENAMIENTO :</p> <p>Dimensiones aproximadas:</p> <p>Altura: 1,80 mts.</p> <p>Profundidad: 0,45 mts.</p> <p>Ancho: 0,90 mts.</p> <p>Tipo de bandeja: enrejada</p> <p>Regulación de altura</p> <p>Tipo de material: metal, acero 304, estructura abierta, móvil, enrejada</p>

SUBSECRETARIA DE SALUD
Dirección Provincial de Administración



Pagaré N°

Por \$

Neuquén (Cap.), a los .08... días del mes de AGOSTO..... de ...2025...

A la vista PAGARE SIN PROTESTO (Art. 50 - Decreto Ley 5965/63), a la
SUBSECRETARIA DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN o a su orden,
la suma de Pesos
(\$) , en concepto de importe de la GARANTÍA ofrecida a su entera
satisfacción y en un todo de acuerdo con las estipulaciones del Pliego de Bases y
Condiciones de la LICITACION PUBLICA..... N°..... 550.....

Expediente N°...EX-2025-01499696- -NEU-DESP#MS

Domicilio de pago: Antártida Argentina 1245 - Edificio III Nivel 4 - Of. 2 - (8300) Neuquén.

.....
Firma

PLIEG-2025-02103171-NEU-ADM#MS



Provincia del Neuquén
2025

Hoja Adicional de Firmas

Número: PLIEG-2025-02103171-NEU-ADM#MS

NEUQUEN, NEUQUEN
Martes 22 de Julio de 2025

Referencia: PLIEGO LICITACION PUBLICA 550

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 64 pagina/s.

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=SECRETARIA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA,
ou=Direccion Provincial de Servicios TICs, serialNumber=CUIT 30710396961
Date: 2025.07.22 14:35:23 -03'00'

Pablo Alejandro Carrasco
Director General
SSLD-Dirección Provincial de Administración
Ministerio de Salud

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=SECRETARIA DE
MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA,
ou=Direccion Provincial de Servicios TICs,
serialNumber=CUIT 30710396961
Date: 2025.07.22 14:35:54 -03'00'